

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“)

**Veřejná zakázka na dodávky rozdělená na 5 částí zahájená v otevřeném nadlimitním řízení:**

## **„Část 3: Pořízení rentgenových přístrojů – 2x mobilní skiagrafický RTG pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.“**

Zadavatel pořizuje tuto písemnou zprávu v souladu s ustanovením § 217 odst. 2 písm. a) až n) ZZVZ.

a) označení zadavatele:

**Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202, jednající Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní představenstva.

předmět veřejné zakázky:

Dodávka 2 (dvou) mobilních skiagrafických rentgenů.

cena sjednaná v kupní smlouvě:

kupní smlouva nebyla uzavřena.

b) použitý druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení.

c) označení účastníků zadávacího řízení:

V tomto zadávacím řízení nebyli žádní účastníci.

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Žádný účastník nebyl vyloučen.

e) dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva:

smlouva uzavřena nebyla.

- f) poddodavatelé: žádní.
- g) Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem.
- h) Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.
- i) Nebyl použit zjednodušený režim.
- j) Zadávací řízení bylo zrušeno ke dni 13. 07. 2018, kdy marně uplynula lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, dynamický nákupní systém nebyl zaveden.

**Odůvodnění.** Dne 14. 05. 2018 zahájil zadavatel dle ustanovení § 56 odst. 1 ZZVZ otevřené nadlimitní řízení pro zadání veřejné zakázky rozdělené na 5 částí, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle ustanovení § 212 ZZVZ a vyzval tak neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na realizaci shora uvedené veřejné zakázky. Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 ZZVZ, přičemž konec lhůty pro podání nabídek byl v části 3 veřejné zakázky na základě podaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem konečně prodloužen až na den 17. 07. 2018, 10.00 hodin. Ke dni zrušení zadávacího řízení dosud neuplynula lhůta pro podání nabídek.

V době lhůty pro podání nabídek zadavatel v této části zpracoval a na profilu zadavatele uveřejnil celkem 3 (tři) vysvětlení zadávací dokumentace, dle kterých několikrát upravil zejména technickou podmínku: „*Samostatný akumulátor pro napájení pojezdu a samostatný akumulátor pro napájení expozice. Dobíjení v síti 230V/50Hz*“. Konečné znění této technické podmínky po 3. (třetím) vysvětlení zadávací dokumentace „*Samostatný akumulátor pro napájení pojezdu a samostatný akumulátor pro napájení expozice. Dobíjení v síti 230V/50Hz nebo jeden akumulátor s možností až 6 hodin bez nabíjení a provozu i při vybitých bateriích s napájením ze sítě*“, s tím, že zadavatele akceptuje rovněž „*Lion baterie s kapacitou pro více než 200 rtg. expozic a dojezdem 20 km na jedno nabití*.“ V důsledku těchto změn se výsledná technická podmínka stala nejasnou, nejednoznačnou a nepřesnou.

Shora popsané důvody, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení, považoval zadavatel za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze požadovat, aby bylo v zadávacím řízení pokračováno. Pokud by zadavatel zadávací řízení nezrušil, bez dalšího předmětnou technickou podmínku navzdory opakovaným úpravám vrátil do původního znění, porušil by tak zásadu transparentnosti zadávacího řízení. Na základě výše uvedeného zadavatel část 3 zadávacího řízení „*Pořízení rentgenových přístrojů*“ zrušil, a to v souladu s ustanovením § 127 odst. 2, písm. d) ZZVZ.

- k) Nabídky měly být podávány v listinné podobě. Zadavateli dosud nevznikla povinnost přijímat výlučně elektronické nabídky.

- l) U žádné osoby, která se podílela na přípravě, nebo na průběhu zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.
  
- m) Zadavatel tuto nadlimitní veřejnou zakázku rozdělil na 5 částí.
  
- n) Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Hradci Králové, dne 23. 07. 2018

---

**Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

Za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová