

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka na dodávky rozdělená na 12 částí zahájená v otevřeném nadlimitním řízení:

„část 8: Pořízení endoskopických přístrojů – Endoskopická věž a 10x videogastroskop pro gastroenterologické pracoviště, multifunkční systém pro endoskopickou chirurgii“

Zadavatel pořizuje tuto písemnou zprávu v souladu s ustanovením § 217 odst. 2 písm. a) až n) ZZVZ.

a) označení zadavatele:

Oblastní nemocnice Náchod a.s., sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202 / DIČ: CZ26000202, jednající Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní představenstva.

předmět veřejné zakázky:

Dodávka endoskopické věže a 10 (deseti) videogastroskopů.

cena sjednaná v kupní smlouvě:

kupní smlouva nebyla uzavřena.

b) použitý druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení.

c) označení účastníků zadávacího řízení:

V tomto zadávacím řízení byl jediným účastníkem společnost **Stargen EU s.r.o.**, IČ: 28487150, se sídlem Praha - Praha 3, Malešická 2251/51.

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení byl vyloučen jediný účastník, společnost **Stargen EU s.r.o.**, IČ: 28487150, se sídlem Praha - Praha 3, Malešická 2251/51.

Odůvodnění: Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, které provedla komise na svém jednání dne 15. 06. 2018, zjistila v nabídce účastníka následující nedostatky:

I. dle odstavce 8. 3. zadávací dokumentace požadoval zadavatel za účelem prokázání splněních technické kvalifikace předložení seznamu minimálně 2 (dvou) významných dodávek obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky, jejichž předmětem je dodávka přístroje „endoskopická věž s minimálně 2 (dvěma) videogastroskopy“, v celkovém minimálním objemu za obě 4.770.000,- Kč bez DPH (*zadavatel požaduje, aby předmětem významných dodávek byly dodávky nových endoskopických přístrojů v množství a struktuře jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, když technické podmínky přístrojů jsou obdobné jako technické podmínky přístrojů požadovaných zadavatelem v tomto zadávacím řízení s tím, že musí mít stejný dopad na kvalitu, funkčnost a medicínský účel požadované dodávky, včetně jejich instalace a zprovoznění*). Na čísle listu 9 nabídky předložil účastník tyto dvě významné dodávky:

- Pro objednatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, dodávka 1xCF-HQ190L videokolonoskopu, 1xGIF-1TH190 videogastroskop, 1xGIF-H190 videogastroskop, 1xTJF-Q180V videoduoendoskop, 1xCLV-190 xenonový zdroj světla, 1xCV-190 videoprocessor, 1xMAJ-1430 videokabel, 1xOEV262H 26" HDTV monitor, 1x přístrojový vozík endoskopický, finanční objem 3.900.000,- Kč bez DPH, červenec 2017, a
- pro objednatele **Canadian Medical Care Česká republika s.r.o.**, dodávka 1x CLV-190 xenonový zdroj světla, 1x CV-190 videoprocessor, 1x LCD monitor 24" Foresseson, 1x KV-6 odsávací pumpa, 1x elektrokoagulační jednotka, 1x UCR CO2 pumpy vč. zkoušky těsnosti, 1x CF-H190L videokolonoskop, 2x GIF-H190 videogastroskop, 1x TD-20 manuální dezinfektor, 1x ETD2 Plus GA automatický dezinfektor mini, 1x LOGIQ P9 radiologický ultrazvuk, příslušenství, finanční objem 5.762.000,- Kč bez DPH, leden 2018.

Z předložených významných dodávek nebylo zcela zřejmé, které přístroje jsou považovány za endoskopickou věž a 2 videogastroskopy a pokud jsou v jednotlivých dodávkách nějaké přístroje navíc, tak zda po odečtení ceny za tyto přístroje, bude splněn požadovaný finanční objem významných dodávek.

- II. u zařízení „videogastroskop (5ks), u technické podmínky „přídavný oplachový kanál“ (videogastroskop – 5ks) účastník neuvedl, zda nabízený přístroj podmínku splňuje či nikoli.
- III. u zařízení „videoduoendoskop“, u technické podmínky „rozsah angulace nahoru/dolů min. 130°/90°“ účastník jednak změnil původní zadávací podmínku zadavatele přímo ve sloupci „Zadavatelem stanované parametry“, tak, že původní požadovanou podmínku 130°/90° změnil na 120°/90°, a jednak do sloupce „Uchazečem nabízená hodnota“ vepsal 120°/90°; nesplnění původní technické podmínky vyplývá rovněž z nabídky, kde na čísle listu 39 je nedostatečný rozsah angulace 120°/90° potvrzen technickým listem;
- IV. na dokladu osvědčujícím způsobilost k prodeji (číslo listu 71 nabídky) bylo uvedeno více přístrojů, nebylo zřejmé, zda seznam nabízený přístroj obsahuje.

Komise na svém jednání dne 15. 06. 2018 navrhla zadavateli, aby účastníka v souladu s ustanovením § 46 ZZVZ požádal o písemné objasnění zjištěných nedostatků nabídky. V odpovědi účastník doplnil seznam významných dodávek, ve kterém označil obdobné přístroje, které měly být předmětem reference, a uvedl

jejich finanční objem. Účastník dále uvedl, že technickou podmínku „přídavný oplachový kanál“ (videogastroskop – 5ks) u zařízení „videogastroskop (5ks) splňuje a odkázal na technický list, číslo listu 35 nabídky. K poslednímu kontrolnímu zjištění účastník uvedl, že výpisem z registru jasně prokázal svoji zákonnou povinnost dle § 29 Postup registrace osoby a prokázal tak zcela bez pochybností, že je osobou na základě registrace č. 001767 splňující zákonnou způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích).

Ke kontrolnímu zjištění týkajícímu se zařízení „videoduodendoskop“, kde u technické podmínky „rozsah angulace nahoru/dolů min. 130°/90°“ účastník jednak změnil původní zadávací podmínku zadavatele přímo ve sloupci „Zadavatelem stanované parametry“, tak, že původní požadovanou podmínku 130°/90° změnil na 120°/90°, a jednak do sloupce „Uchazečem nabízená hodnota“ vepsal 120°/90° účastník uvedl, že nabízený videoduodendoskop TJF-Q180V je vybaven ohyby distálního konce nahoru/dolů 120°/90° jak bylo uvedeno v příloze č. 2_8 zadávací dokumentace a na technickém listu str. nabídky č. 39. Z odpovědi zadavatele na dodatečné informace k veřejné zakázce se účastník domníval, že zadavatel připouští u číselných hodnot toleranci +/- 10% od uvedeného technického parametru a proto nabízený přístroj splňuje minimální technickou podmínku zadavatele. Účastník dále uvedl, že má za to, že v tomto případě došlo k administrativní chybě v zadání požadavku.

Komise se na svém jednání dne 02. 07. 2018, jehož předmětem bylo posouzení podané odpovědi, zabývala nejprve zněním přílohy č. 2_8 zadávací dokumentace a konstatovala, že dle této přílohy platí, že „Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci“. Dále komise nahlédnutím do spisu konstatovala, že v této části 8 veřejné zakázky bylo podáno jedno vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 04. 2018, kterým zadavatel pouze upravil technickou podmínku týkající se rozhraní Dicom 3.0. Vzhledem k tomu, že technická podmínka „rozsah angulace nahoru/dolů min. 130°/90°“ je koncipována jako minimální, nelze v tomto případě toleranci +/- 10% uplatnit. Komise na základě těchto skutečností konstatovala, že účastník danou technickou podmínku nesplnil a doporučila zadavateli, aby účastníka zadávacího řízení, společnost Stargen EU s.r.o., IČ: 28487150 dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučil z důvodu nesplnění zadávací podmínky „rozsah angulace nahoru/dolů min. 130°/90°“ dané přílohou č. 2_8 zadávací dokumentace. Zadavatel se s návrhem hodnotící komise učiněným v písemné zprávě o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 02. 07. 2018 ztotožnil a činí tímto rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

e) dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva:

smlouva uzavřena nebyla.

f) poddodavatelé: žádní.

g) Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem.

h) Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.

i) Nebyl použit zjednodušený režim.

j) Zadávací řízení bylo zrušeno ke dni 18. 07. 2018, dynamický nákupní systém nebyl zaveden.

Odůvodnění. Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení již nebyl po marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení žádný další účastník, rozhodl zadavatel dne 18. 07. 2018 o zrušení zadávacího řízení dle ustanovené § 127 odst. 1 ZZVZ. Oznámení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uveřejnil zadavatel dne 20. 07. 2018 na profilu zadavatele.

k) Nabídky měly být podávány v listinné podobě. Zadavateli dosud nevznikla povinnost přijímat elektronické nabídky.

l) U žádné osoby, která se podílela na přípravě, nebo na průběhu zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.

m) Zadavatel tuto nadlimitní veřejnou zakázku rozdělil na 12 částí.

n) Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Hradci Králové, dne 23. 07. 2018

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová