

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 20. 08. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202
Veřejná zakázka s názvem:	Pořízení rentgenových přístrojů – 2x mobilní skiografický RTG pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. II
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	1

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku.

1) Dotaz uchazeče:

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČO: 26000202

Název zakázky: „**Pořízení rentgenových přístrojů – 2x mobilní skiografický RTG přístroj pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.II.**“

Naše společnost disponuje řešením, které vyhoví potřebám vaší nemocnice. Máme zájem nabídnout tento produkt v rámci vámi vypsání VZ, ale řešíme dílčí technický rozpor s vámi požadovanou technickou dokumentací. Žádáme o zvážení níže uvedeného rozdílu a o vyjádření k našemu dotazu.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části základní vlastnosti přístroje požaduje :

Samostatný akumulátor pro napájení pojezdu a samostatný akumulátor pro napájení expozice.

Požadované řešení předpokládá instalaci dvou akumulátorů, z nichž jeden je určen pro převoz a jeden pro snímkování. Zadavatel však neurčil, jaká je požadovaná kapacita jednotlivých akumulátorů. Vzhledem k tomu, že u žádného mobilního rtg zařízení nelze předem určit, jaký bude poměr spotřeby energie na pojezd a na vlastní snímkování a domníváme se, že ani v tomto případě to zadavatel neví, požadujeme tento požadavek za prakticky nevyužitelný a účelový. Z hlediska obsluhy je jistě mnohem méně komfortní než jeden velkokapacitní akumulátor, který je určený jak pro snímkování, tak pro pojezd, a u kterého je minimální pravděpodobnost, že bude kapacita baterie vyčerpána natolik, že nebude možné s přístrojem pracovat. Při použití mobilního rtg přístroje je vždy spojena funkce pojezdu a následného snímku.

Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy bude zařízení vybaveno jedním velkokapacitním akumulátorem, který umožňuje celodenní pojezd a snímkování v rozsahu, který je zcela obvyklý pro radiologická pracoviště jak pro fakultní nemocnice, ale i pro ostatní RDG oddělení?

Žadatel se proto domnívá, že není žádný důvod k tomu, aby tento parametr zůstal parametrem hodnotícím, a tedy pro žadatele diskriminačním, a žádáme o jeho vyřazení jako hodnotícího parametru.

2) Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadovaných parametrech. Systém dvou samostatných akumulátorů je standardem v zadavatelem požadované kategorii mobilních rentgenových přístrojů.

3) Tímto Vysvětlením zadávací dokumentace se žádným způsobem nemění zadávací podmínky. Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová