

Vyřizuje: Ing. Jiří Včeliš

Dne: 27. 08. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202
Veřejná zakázka s názvem:	„Pořízení rentgenových přístrojů – 1x mobilní RTG s C-ramenem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. II“
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	1

Vážený,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku.

Dotazy:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části základní vlastnosti přístroje požaduje :

hloubka C-ramene (osa paprsku k C-ramenu) min. 68 cm

bude zadavatel akceptovat hloubku C-ramene 61 cm?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části základní vlastnosti přístroje požaduje :

integrováný záložní zdroj UPS

bude zadavatel akceptovat externí zdroj UPS?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel **nebude** akceptovat hloubku C-ramene 61 cm a trvá na požadované technické specifikaci.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel **nebude** akceptovat externí zdroj UPS a trvá na požadované technické specifikaci.

Závěr:

Tímto Vysvětlením zadávací dokumentace se žádným způsobem nemění zadávací podmínky. Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s.

Ing. Jiří Včeliš

www.cep-rra.cz