

5 ks monitorů a centrální stanice

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků
dodavatelem**Modulární monitor vitálních funkcí 5 ks a centrální monitorovací stanice 1 ks pro gynekologicko-porodnické odd.**

Základní požadavky :

integrováný barevný dotykový displej min 10"	
výstup pro připojení druhého displeje	
rozlišení displeje min 1280x800 formát 4:3	
použití pro všechny pacienty od novorozenců po dospělé	
ovládání v českém jazyce	
zobrazení velkých čísel a diagnostické zobrazení	
jednoduché intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky a otočného ovladače	
zobrazení min 6 křivek současně	
trendy grafické i numerické min 168 hod	
min rozsah měřených parametrů:	
EKG z 3-5 ti svodů	
multisvodová analýza ST segmentu	
multisvodová analýza základních arytmií z min. 4 svodů	
respirace	
NIBP dvou hadicovým připojením	
SpO2	

Požadavky na možné rozšíření či doplnění:

možnost instalace SW pro rozšířené měření arytmií jako: R na T, Pauza, A Fib, Trigeminy atd.	
možnost HW rozšíření o měření etCO2 metodou sidestream s nosní kanylou	
možnost instalace SV pro rozšířené měření teploty a IBP	
možnost rozšíření o vestavěnou tiskárnu	

Součástí dodávky je:

vyjímatelný dobíjitelný akumulátor na min 3 hod transportního provozu	
instalace celého systému	