

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávka elektrických lůžek pro NRK“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	zakázka malého rozsahu

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 99 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

V rámci zadávacího řízení výše uvedené zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění dotazů účastníka ze dne 29.10.2018

Vážená paní Šípková,

Žádáme o poskytnutí vysvětlení Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem:
"Dodávka elektrických lůžek pro NRK".

Znění dotazu č.1 účastníka ze dne 29.10.2018

V technické specifikaci plnění zadavatel mj. požaduje "Max. hmotnost pacienta min. 180 kg" a "Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 250 kg". Uchazečem nabízená lůžka disponují vyšší maximální hmotností pacienta (konkrétně 195kg) nicméně bezpečná pracovní zátěž je nižší (konkrétně 230kg). Je pro zadavatele toto nabízené řešení přijatelné?

Odpověď zadavatele ze dne 29.10.2018

ANO, zadavatel bude akceptovat u nabízených lůžek bezpečnou pracovní zátěž lůžka 230 kg. Zadavatel upravuje technickou specifikaci "Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 230 kg".

Znění dotazu č.2 účastníka ze dne 29.10.2018

V technické specifikaci plnění zadavatel mj. požaduje "centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami". Na uchazečem nabízených lůžkách je jeden ovladač (sloužící jak pro sestru, tak pro pacienta), který je odpojitelný, má ochranu proti nechtěnému polohování (zámek funkcí) a má předprogramovanou funkci autokontury (tj. současný pohyb zádového a stehenního dílu). Je pro zadavatele toto nabízené řešení přijatelné?

Odpověď zadavatele ze dne 29.10.2018

ANO, zadavatel bude akceptovat jen jeden ovladač (sloužící jak pro sestru, tak pro pacienta), který je odpojitelný, má ochranu proti nechtěnému polohování (zámek funkcí) a má předprogramovanou funkci autokontury (tj. současný pohyb zádového a stehenního dílu).

ZMĚNA LHŮTY PRO PRODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnutá vysvětlení a v souvislosti s těmito vysvětleními prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel proto upravuje článek 9 a 10 zadávací dokumentace. Původní znění článku 9. Lhůta a místo pro podání nabídek a 10. Místo pro otevírání obálek se ruší a nahrazuje se novým zněním:

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Místo pro podání nabídky:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pavilon A - podatelna
Purkyňova 446
547 69 Náchod

Lhůta podání nabídky:

16.11.2018, do 11:00 hod.

Čas podání nabídky v pracovních dnech:

08:00 – 14:00 hod.

Nabídky je možno zaslat na adresu:

Oblastní nemocnice Náchod a. s
Dana Šípková
Purkyňova 446
547 69 Náchod

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude komise otevírat.

10. Místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 16.11.2018 v 11:05 hod.** v sídle zadavatele, tj. na adrese Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod - kancelář technického úseku budova „G“ - suterén.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, přičemž za každého z účastníků je oprávněna se otevírání obálek zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tito účastníci prokáží dokladem prokazujícím oprávnění jednat jménem účastníka, případně plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti, a to, zda byla nabídka doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a zda byla doručena ve stanovené lhůtě.

Po kontrole náležitostí dle zákona budou přítomným účastníkům sděleny identifikační údaje a nabídkové ceny všech zúčastněných účastníků.

Přílohou tohoto dokumentu je upravená tabulka (příloha č. 1) - technická specifikace, kterou je nutné vyplnit a bude nedílnou součástí nabídek účastníků.

V Náchodě dne 29.10.2018



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
19

**Příloha č. 1 zadávací
dokumentace**

Lůžko nemocniční včetně matrace - 12 ks

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Specifikace lůžek:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce):

.....

	Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Reálná hodnota (vyplní uchazeč)	kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce)
1.	Elektrické lůžko v souladu s platnou normou EN 60601-2-52 v platném znění		
2.	Minimální rozměry ložné plochy min. 200 cm x 85 cm	ano-necm	
3.	Maximální vnější rozměry lůžka max. 218 cm x 99,5 cm	ano-necm	
4.	Prodloužení – zkrácení lůžka min. o 15 cm	ano-ne o.....cm	
5.	Pojízdné lůžko min. 4 kolečka s brzdou, průměr min. 125 mm	ano-ne průměrmm	
6.	Centrální brzda se směrovou aretací	ano-ne	
7.	Max. hmotnost pacienta min. 180 kg,	ano-nekg	
8.	Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 230 kg	ano-nekg	
9.	Ložná plocha: min. 4 díly	ano-ne	
10.	Dvojitá autoregrese – zádový a stehenní díl	ano-ne	
11.	Dvojdílné sklopné postranice v délce cca ¾ lůžka (naklápění dvojdílných postranic s příslušným zádovým či stehenním dílem)	ano-ne	

12.	Svislé sklápění postranic	ano-ne	
13.	Postranice – zábrana do nohou pacienta (do zbývajcí délky lůžka)	ano-ne	
14.	Odnímatelná čela plastová s aretací a barevnou výplní v různých dekorech	ano-ne	
15.	Ochranná nárazová kolečka v rozích postele	ano-ne	
16.	Elektricky nastavitelná výška v rozmezí od min. 37 cm do min. 70 cm od podlahy	ano-necm	
17.	Elektrické nastavení: polohování min. zádový a nožní díl	ano-ne	
18.	Pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění	ano-ne	
19.	Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění, s možností uzamčení jednotlivých poloh a předprogramovanými důležitými polohami- jeden ovladač (sloužící jak pro sestru, tak pro pacienta), který je odpojitelný, má ochranu proti nechtěnému polohování (zámek funkcí) a má předprogramovanou funkci autokontury (tj. současný pohyb zádového a stehenního dílu).	ano-ne	
20.	Min. 2 háčky pro drobné příslušenství	ano-ne	
21.	Barva lůžka – předložení a výběr uživatele ze vzorníku barev předloženého s nabídkou, prosím přiložte k nabídce	ano-ne	
22.	Bezpečná konstrukce s odolným a omyvatelným povrchem		
23.	Příslušenství ke každému 1ks lůžka – po 1 ks: • Držák na močovou lahev • Hrazda s hrazdičkou – plastová rukojeť vč. popruhu s automatickým navíjením a pojistkou • Držák na 2 ks berlí • Výsuvná polička na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	ano-ne	

Specifikace matrací:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce):

.....

	Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Reálná hodnota (vyplní uchazeč)	kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce)
1.	Pasivní antidekubitní matrace pro minimálně II. stupně dekubitů	ano-ne	
2.	Nosnost min. 150 kg	ano-ne	
3.	Rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry elektrického lůžka o rozměrech: rozměry ložné části lůžka: min. 200 x 85 cm	ano-ne	
4.	Výška matrace min. 12 cm	ano-ne	
5.	Jádro ze studené pěny	ano-ne	
6.	Potah pružný, voděodolný, paropropustný s možností praní od 70 do 95°C	ano-ne	

Datum:

Otisk razítka	Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka
----------------------	---