

Vyřizuje: Ing. Jiří Včeliš

Dne: 02. 11. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Sídlo: Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové IČ: 28181662
Veřejná zakázka s názvem:	„Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“ část 1 - „Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů pro tato pracoviště: Jičín, Nový Bydžov, Náchod, Broumov, Jaroměř, a Opocno“ část 2 - „Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu pro tato pracoviště: Rychnov n/K., Dvůr Králové n/L. a Trutnov“
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	1

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku.

1)

DOTAZ:

*„Dobrý den pane inženýre,
Při prostudování ZD na dodávku hematologických analyzátorů pro ZH KHK jsme našli několik bodů, u kterých raději žádáme o upřesnění.*

V Příloha č.2 Technické podmínky, cenová nabídka – je požadováno

Bod č. 69 jednotný kontrolní materiál pro KO, DIF, RET, NRBC, popř. hemoglobin v retikulocytech a trombocyty

Na základě tohoto bodu předpokládáme stejný požadavek na jednotný systém typů reagensů pro všechny typy analyzátorů v rámci ZD (tzn. Stejně reagensie do všech typů analyzátorů).

V ZD tento požadavek není přesně specifikován, a tímto žádáme o upřesnění, zda je jednotný systém reagensů požadován (popř. zvýhodněn).

Stejný typ reagensů je velkou výhodou pro logistiku a objednávání pro laboratoře a umožňuje snížení ztrát např. expirací reagensů.

Předem děkuji za upřesnění“

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Bod č. 69 - *Jednotný kontrolní materiál pro KO, DIF, retikulocyty, NRBC, případně i hemoglobin v retikulocytech a trombocyty jiným než imedančním principem, pokud jsou nabízeny* - jednotným kontrolním materiálem je myšleno jedna zkumavka dané hladiny kontrolního materiálu použitelná pro všechna požadovaná vyšetření v dané laboratoři. Tedy, aby např. pro retikulocyty nebyl samostatný kontrolní materiál. Nejedná se o požadavek jednotného kontrolního materiálu napříč všemi laboratořemi, byť se jedná o logisticky velmi elegantní řešení (mj. správa shodné šarže, možnost mezipřístrojového hodnocení QC).

Rovněž jednotný systém reagensů napříč všemi laboratořemi je logisticky efektivnější, nicméně není nezbytný. Na základě diskuzí jednotlivých zástupců laboratoří nebyl do technických specifikací zapracován, tedy ani bodově zvýhodněn.

Volba nejvhodnějšího typu nabízených reagensů je na konkrétním uchazeči. Jednotný systém veškerých nabízených IVD napříč jednotlivými laboratořemi by měl být logistickou výhodou nejen pro zadavatele, ale i pro uchazeče.

2)

Závěr:

Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

za: Centrum evropského projektování a.s.

zástupce zadavatele

Ing. Jiří Včeliš

www.cep-rra.cz