

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávka a instalace sušící a skladovací skříně a mycího dezinfektoru včetně adaptérů pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.“

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
**Sídlo:** Purkyňova 446, 547 69 Náchod  
**IČ:** 26000202  
**DIČ:** CZ699004900  
**Způsob zadání:** zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti jednoho z účastníků o veřejnou zakázku.

### Úplné znění dotazu účastníka ze dne 03. 01. 2019

Dobrý den, paní inženýrko,

Ráda bych vznesla dotaz k VZ Dodávka a instalace sušící a skladovací skříně a mycího dezinfektoru včetně adaptérů pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

V technické specifikaci není zadavatelem upřesněno zda bude mycí dezinfektor připojen na centrální rozvod vzduchu nebo bude potřeba k mycímu dezinfektoru dodat vzduchový kompresor.

Děkuji za odpověď

S pozdravem

### Odpověď zadavatele ze dne 04. 01. 2019

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailu kontaktní osobě zadavatele dne 03. 01. 2019, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

Zadavatel neuvedl v technické specifikaci požadavek na připojení na centrální rozvod vzduchu, neboť mycí dezinfektor nebude připojen na centrální rozvod vzduchu.

### Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace **nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.**

V Náchodě dne 04.01.2019

Miroslav Bůžek  
Technický náměstek  
ON Náchod a.s.



OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.  
Purkyňova 446  
547 69 NÁCHOD  
55