



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 10.1.2019

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Sídlem: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
Zastoupený: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda představenstva
IČO: 26000237/CZ699004900

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. Část – Mobilní rameno

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v technické specifikaci, uvádí požadavek na:
- tepelná kapacita systému min. 1 MHU

Znění dotazu č. 1

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje, jehož tepelná kapacita je 0,953 MHU? Uvedený rozdíl je z našeho pohledu zcela minimální a nepřekračuje ani standardně povolovanou odchylku +/- 10% pro technické parametry.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na dodržení svého požadavku uvedeného v technické specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v technické specifikaci, uvádí požadavek na:
- orbitální pohyb min. -90/+45°

Znění dotazu č. 2

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje, jehož orbitální pohyb je -90°/+30°?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na dodržení svého požadavku uvedeného v technické specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v technické specifikaci, uvádí požadavek:
- TFT monitor dotykový – umístěný pro komfortní ovládání na C rameni a také na monitorovém vozíku
- synchronní ovládání: na monitorovém vozíku, tak i na C rameni
- shodné ovládací prostředí na monitorovém vozíku i na C rameni

Znění dotazu č. 3

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje, který má na vozíku pouze monitory a ne přímo dotykový (ovládací) monitor? Výrobce, kterého zastupuje naše společnost, umísťuje dotykový monitor pouze na C-rameno.

Domníváme se, že odstraněním výše uvedeného požadavku by rovněž došlo k odstranění nepřímé konkureční výhody, která je tímto požadavkem sjednána pro jiné potenciální uchazeče a zároveň by tak došlo k rozšíření okruhu potenciálních uchazečů . Dále bychom rádi uvedli, že



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

výše uvedený požadavek nemá žádný klinický význam a proto nevidíme důvod, pro který jej zadavatel požaduje jako mandatorní v rámci technické specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel trvá na dodržení svého požadavku uvedeného v technické specifikaci.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz