

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„DODÁVKA 1 KS SÁŇKOVÉHO MIKROTOMU PRO

OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti dvou účastníků o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 29. 01. 2019

Dobrý den,
v příloze zasílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce s názvem "Dodávka 1 ks sáňkového mikrotomu pro Oblastní nemocnici Náchod a.s."

Předem děkujeme za vyřízení.

1.) V *technických specifikacích zadávací dokumentace je uvedeno: „Možnosti krájení: 0.5 - 10 μ m po 0.5 μ m“.*

Zajímalo by nás, zda by koncový zákazník akceptoval řešení, které krájí 0.5 - 5 μ m po 0.5 μ m a 5 - 10 μ m po 1 μ m?

2.) V *technických specifikacích je uveden „horizontální posuv min 180 mm“.*

Bude zákazník akceptovat prosím horizontální posuv min. 150 mm?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů

Odpověď zadavatele ze dne 30. 01. 2019

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kontaktní osobě zadavatele dne 29. 01.2019, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Odpověď č. 1)

ANO, zadavatel akceptuje řešení, které krájí 0.5 - 5 μ m po 0.5 μ m a 5 - 10 μ m po 1 μ m. Tímto zadavatel upravuje parametr v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Odpověď č. 2)

ANO, zadavatel bude akceptovat horizontální posuv min. 150 mm. Tímto zadavatel upravuje parametr v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 29. 01. 2019

Vážená paní Šípková,

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka 1 ks sáňkového mikrotomu pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.“

Naše dotazy zní následovně:

Zadavatel v dokumentu *Technická specifikace – sáňkový mikrotom* uvádí v části 2. Specifikace, bod 8:

- Možnosti krájení: 0,5 – 10 μm po 0,5 μm .

- 1.) Je možné, aby zadavatel u nabízeného technického řešení akceptoval rozsah jemného krájení, tedy po 0,5 μm v rozsahu 0,5 – 5 μm ? Obecně se má za to, že inkrement nastavení krájení při síle řezu vyšší než 5 μm je plně postačující v hodnotě 1 μm , neboť při tloušťce řezu vyšší jak 5 μm je rozlišení 0,5 μm z klinického hlediska nepotřebné.

Zadavatel v dokumentu *Technická specifikace – sáňkový mikrotom* uvádí v části 2. Specifikace, bod 10:

- Vertikální zdvih: cca 50 mm

- 2.) Je možné, aby zadavatel u nabízeného technického řešení akceptoval hodnotu vertikálního zdvihu 40 mm? Domníváme se, že hodnota 50 mm je zbytečně vysoká a z praktického hlediska nemá rozsah nad 40 mm podstatný význam vzhledem ke skutečnosti, že výška zpracovávaných parafinových bloků nepřesahuje hodnotu 30 mm.

Předem děkujeme za vyřízení

S pozdravem

Odpověď zadavatele ze dne 30. 01. 2019

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailové komunikace kontaktní osobě zadavatele dne 29. 01. 2019, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Odpověď č. 1)

ANO, zadavatel akceptuje rozsah jemného krájení, tedy po 0,5 μm v rozsahu 0,5 – 5 μm . Tímto zadavatel upravuje parametr v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Odpověď č. 2)

ANO, zadavatel bude akceptovat hodnotu vertikálního zdvihu min. 40 mm. Tímto zadavatel upravuje parametr v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace: prodlužuje lhůtu o celou původní délku k podání nabídek.

Zadavatel tímto ruší znění článku „8. Lhůta a místo pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v uzavřených obálcích označených názvem zakázky:

Lhůta pro doručení nabídky: Nabídky doručte do 7.2.2019 do 13:00 hodin.

Nabídky budou podány v uzavřených obálcích označených názvem zakázky:

„SOUTĚŽ – „Dodávka 1 ks sáňkového mikrotomu pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. – NEOTEVÍRAT“

Místo pro podání nabídky: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pavilon A - podatelna
Purkyňova 446
547 01 Náchod


Čas podání nabídky v pracovních dnech: 08:00 – 14:00 hod.

Nabídky je možno zaslat na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a. s
Dana Šípková
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě stanovené v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Přílohou č. 1 tohoto dokumentu je upravená příloha č. 1 Technická specifikace - kterou je nutné vyplnit a bude nedílnou součástí nabídek účastníků.

V Náchodě dne 30.01.2019



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
55

Sáňkový mikrotom

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).


2. Specifikace:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce):

	Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Reálná hodnota (vyplní uchazeč)	kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce)
1.	Přístroj pro řezání měkkých tkání i tvrdších vzorků zalitých do parafínu	ano-ne
2.	Precizní nastavení orientace vzorku	ano-ne
3.	Držák na jednu žiletku	ano-ne
4.	Rychloupínací systém držáku kazetek	ano-ne
5.	Nastavení úhlu žiletek	ano-ne
6.	Vanička na odpad z řezání	ano-ne
7.	Nastavení tloušťky řezu 0.5 – 40.0µm	ano-ne
8.	Možnosti krájení: 0.5 – 10 µm po 0.5 µm – Zadavatel upravuje technický parametr: Možnosti krájení 0,5 - 5 µm po 0,5 µm i 5-10 µm po 1 µm.	ano-ne
9.	Automatický posuv: 0.5 – 30 µm	ano-ne
10.	Vertikální zdvih: cca 50 mm : Zadavatel upravuje technický parametr: Vertikální zdvih min 40 mm	ano-ne
11.	Horizontální posuv min. 180 mm – Zadavatel upravuje technický parametr: Horizontální posuv min 150 mm	ano-ne
12.	Orientace vzorku: ±8°	ano-ne

13.	Držák kazetek	ano-ne
14.	Velikost kazetek 40 x 29 mm	ano-ne
15.	Bezdotykové vkládání a vyndávání žiletky	ano-ne
16.	Aretace sáňkového posuvu	ano-ne
17.	Snadno čistitelný povrch přístroje	ano-ne
18.	Ochrana na držáku žiletek proti pořezání	ano-ne
19.	Sáňkový mikrotom musí umožnit přesnou orientaci vzorku- předozadní a pravolevou	ano-ne
20.	Vzorek žiletek k předvedení a odzkoušení přístroje při předání	ano-ne

Datum:

Otisk razítka	 Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka
----------------------	---