

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zahájené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Výpůjčka ZP a dodávka diagnostik pro zajištění požadovaných vyšetření prostřednictvím integrovaného biochemického a imunochemického analytického systému “
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Sídlo:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	26001551
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Tomáš Sláma, MSc., statutární ředitel
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

V zastoupení zadavatele Oblastní nemocnice Jičín a.s., v souladu s Výzvou k podání nabídek a v souladu s § 98 ZZVZ Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal oprávněné osobě zástupce zadavatele e-mailem dne 31.1.2019.

1. Dotazy od účastníka

DOTAZ 1:

Požadavek zadavatele

V bodě d), čl. 13. zadávací dokumentace, Technická specifikace a Technické podmínky, uvádí zadavatel požadavek na předložení Seznamu všech pracovišť na území České republiky, vybavených nabízeným typem přístroje.

Náš dotaz zní následovně

Co lze považovat za „pracoviště vybavené nabízeným typem přístroje“? Myslí tím zadavatel pracoviště vybavené nabízeným typem přístroje na základě podepsání smlouvy, podepsání předávacího protokolu nebo je tím myšlena fyzická dodávka stroje (příprava na instalaci) či jiné kritérium?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Pracoviště vybavené nabízeným typem přístroje je pracoviště, kde je nabízený analytický systém již instalován nebo tomu tak bude v době hodnocení a realizace této VZ (v seznamu možno uvést předpokládaný termín instalace). Způsob pořízení, podpis smlouvy není rozhodující.

V případě pochybností s plněním technických specifikací si zadavatel může tuto skutečnost ověřit dotazem u některého z uvedených pracovišť. Především pak při realizaci VZ vyvstane mnoho praktických dotazů, které je vhodné konzultovat a uživateli, kteří již mají shodný typ analytického systému instalován a mají praktické zkušenosti.

Předmětem plnění není počet uvedených pracovišť. Zadavatel s ohledem na délku smlouvy předpokládá dodávku nejnovějších technologií, které uchazeč může nabídnout, a je si vědom, že tyto mohou být instalovány v malém počtu laboratoří, nebo i žádném (testovací instalace, příprava na instalace).

Požadavky na nadstavbové SW obdobných specifikací jako v této VZ jsou v České Republice spíše ojedinělé a na seznamu nemusí být uvedeno žádné pracoviště vybavené tímto SW.

Schopnost plnění VZ uchazečem je předmětem dobu 8.3.1 Seznam významných dodávek. Tyto mohou být dokládány „uživatelsky identickými analytickými systémy“, tedy obdobným nikoliv shodným typem nabízeného přístroje.

ZÁVĚR:

Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Hradci Králové, dne 4.2.2019

.....
Mgr. Pavel Štěpán
oprávněná osoba zástupce zadavatele