

**STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST**  
110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9

Hradec Králové dne 17.07.2017  
Čj.: SÚJB/RCHK/13151/2017  
Vyřizuje: RC Hradec Králové,  
Piletická 57, 500 03 Hradec Králové  
Referent: Jindřich  
Telefon: 495211471, fax: 495211227

**JIKA-CZ, s.r.o.**  
**Ing. Jiří Stránský**  
**Dlouhá 101-103**

**500 03 Hradec Králové**

Vyjádření k akci „Oblastní nemocnice Náchod – stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T“

Dopisem ze dne 20.06.2017 jste požádali o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro provedení stavby „Oblastní nemocnice Náchod – stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T“ v objektu Oblastní nemocnice Náchod, p. č. st. 634 a 100/2.

**K tomuto Vám sděluji, že není v kompetenci SÚJB se k projektové dokumentaci vyjadřovat.** Magnetická rezonance není zdrojem ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.



za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:  
Ing. Eva Pravdová  
vedoucí RC Hradec Králové

Příloha:  
vrácení projektové dokumentace

**STÁTNÍ ÚŘAD**  
**PRO JADERNOU BEZPEČNOST**  
REGIONÁLNÍ CENTRUM  
Piletice 57  
500 03 Hradec Králové  
- 1 -