

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 a doplnění zadávacích podmínek

pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou
v otevřeném řízení s názvem

„Dodávky jednorázového rouškování“

Dne 27. 3. 2019 odeslal zadavatel Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., se sídlem Pospíšilova 365, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČO: 281 81 662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 28241 (dále jen „zadavatel“), oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, kde bylo uveřejněno dne 1. 4. 2019, ev. č. zakázky **Z2019-009999**.

Zadavatel obdržel dne 15. 4. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 4 dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Žádost o vysvětlení č. 1

Dotaz č. 1: setu č. 15 požadujete roušku s vakem na jímání tekutin, ale není upřesněno zda má být rouška tvaru U, průvlek či jiného tvaru?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

U tohoto typu roušky nelze její tvar přesně pojmenovat, resp. jedná se o tvar nepravidelný. Z tohoto důvodu zadavatel přikládá pro úplnost fotografii složení setu č. 15, která blíže upřesňuje jeho požadavky. Výřez činí 10 x 53 cm.

Příloha: Fotografie – složení setu č. 15

Žádost o vysvětlení č. 2

Dotaz č. 2 : set č. 18 požadujete roušku s otvorem, ale není upřesněna velikost otvoru

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Velikost otvoru činí 3 cm.

Žádost o vysvětlení č. 3

Dotaz č. 3: set č.22 požadujete lepící proužek, ale není upřesněn rozměr

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Rozměr lepícího proužku činí 9 x 50 cm.

V návaznosti na tento dotaz zadavatel doplnil rozměry lepících proužků i u ostatních obdobných položek. Zadavatel proto uveřejňuje aktualizovanou verzi přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Cenová tabulka. Změny jsou v textu označeny pro přehlednost fialovým podbarvením.

Příloha: Příloha č. 2 – Cenová tabulka_aktualizovaná 16. 4. 2019

Žádost o vysvětlení č. 4

Dotaz č. 4 : set č.26 požadujete angiografickou roušku, ale není upřesněn rozměr

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Rozměry byly doplněny do aktualizované Cenové tabulky.

Příloha: Příloha č. 2 – Cenová tabulka_aktualizovaná 16. 4. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel dále z vlastního podnětu opravuje velikost roušky u setu č. 12 na novou velikost 152 x 229 cm. Jednalo se o chybu v psaní. Nový rozměr byl doplněn do aktualizované Cenové tabulky.

Příloha: Příloha č. 2 – Cenová tabulka_aktualizovaná 16. 4. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel dále z vlastního podnětu upřesňuje čl. 17.3. zadávací dokumentace. Každý z dodavatelů je povinen předložit vzorky pouze pro příslušnou část veřejné zakázky, na kterou podává svoji nabídku. Vzorky se předkládají až po otevření obálek, a to do dvou týdnů od doručení výzvy zadavatele k jejich předložení. Dodavatelé tedy nepředkládají vzorky v rámci své nabídky. To není ostatně ani možné, jelikož nabídky se podávají pouze elektronicky.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 5 představují doplnění a změnu zadávacích podmínek ve smyslu ust. § 98 odst. 5 zákona. Z tohoto důvodu zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek do **6. 5. 2019 do 10:00**.

Výše popsanou změnu zadávací dokumentace zadavatel uveřejní prostřednictvím opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie a dále na profilu zadavatele.

V případě potřeby budou zadávací dokumentace a její přílohy vykládány v souladu s tímto rozhodnutím o změně zadávací dokumentace.

V Praze dne 16. 4. 2019

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

zmocněnec dle ust. § 43 ZZVZ

Přílohy:

- *Fotografie - složení setu č. 15*
- *Příloha č. 2 - Cenová tabulka_aktualizovaná 16. 4. 2019*