

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. III”

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, zahájené dne 28.03.2019 v otevřeném nadlimitním řízení zadavatelem, **Oblastní nemocnici Náchod a.s.**, IČ: 26000202, a to na základě žádosti jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena prostřednictvím profilu zadavatele dne 24.04.2019, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ

1) Dotazy uchazeče a odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1:

V textu dokumentu zadávací dokumentace „2a_Technické podmínky.pdf“, na straně 1, zadavatel požaduje: „dedikovaná ramenní a kolenní cívka obě minimálně 8 kanálů, pevné provedení nikoliv flex“

Dotaz:

Připustí zadavatel dodání dedikované ramenní cívky, pevné provedené nikoliv flex s 6 kanály. Tato dedikovaná ramenní cívka umožňuje vyšetření ramene s vysokým SRN a vysokou kvalitou zobrazení, splňující zcela zadavatelem požadovaný medicínský účel zařízení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na minimálním požadavku 8mi kanálové dedikované pevné cívky pro vyšetřování ramene: Vzhledem k předpokládanému počtu vyšetření ramene má zadavatel zájem na jeho zobrazování v maximální kvalitě.

V nabídkách ostatních velkých dodavatelů MR systémů převažují, a byly nám opakovaně nabídnuty cívková řešení pro vyšetření ramene se 16 kanály, požadavek na 8 kanálů pro ramenní cívku tudíž nepovažujeme vzhledem k medicínskému účelu MR zobrazování ramene ve vysoké kvalitě za nikterak nepřiměřený.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace **nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Michaela Kapustová