

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávky spotřebního materiálu na vyšetření glukósy pomocí glukometru včetně jejich bezplatné zápůjčky pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailu kontaktní osobě zadavatele dne 16. 05.2019, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 16. 05. 2019

V bodu 5.3. požaduje zadavatel předložit mimo jiné "Prohlášení o shodě" a dále "CE certifikát". Mohl by zadavatel upřesnit co má na mysli "CE certifikátem" v případě, že Prohlášení shody řádně deklaruje soulad s ustanoveními Směrnice Rady Evropy včetně Základních požadavků pro zákonné použití CE značky?

Odpověď zadavatele ze dne 17. 05. 2019

Zadavatel požaduje předložit Prohlášení o shodě, které řádně deklaruje soulad s ustanoveními Směrnice Rady Evropy včetně Základních požadavků pro zákonné použití CE značky a nebo lze předložit CE certifikát jako samostatný dokument.

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

V Náchodě dne 17.05.2019



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.

