

Rozhodnutí o vyloučení účastníka

Zadavatel, Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, IČO: 691 74 415, se sídlem Školní 101, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov v souladu s § 48 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve vazbě na § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona,

rozhodl o vyloučení

účastníka zadávacího řízení, společnost **IMECO TH s.r.o.**, IČO 276 74 959, se sídlem U hřiště 733, 664 42 Modřice (dále jako „vyloučený účastník“), ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Vybavení strojírenské laboratoře – SPŠ Trutnov – univerzální délkoměr s příslušenstvím.**

Vyloučený účastník je ze zadávacího řízení vyloučen dle § 48 odst. 1 ve vazbě na § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona, jelikož údaje a doklady předložené účastníkem nesplňují zadávací podmínky a nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona, když účastníkem nabízené plnění nesplňuje zadavatelem stanovené technické parametry požadovaného plnění v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Odůvodnění

Vyloučený účastník podal dne 14. 4. 2019 nabídku v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel v čl. 11.1 odst. 7 zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovil, že dodavatel vloží do nabídky vyplněnou přílohu č. 2 zadávacích podmínek – technickou specifikaci v místech k tomu určených.

Zadavatel v technické specifikaci v rámci parametru rozsah měření vnější závitové plochy a rozsah měření vnitřní válcové plochy stanovil max. požadovanou hodnotu 450 mm. Účastník však v rámci technické specifikace u předmětných rozměrů uvedl hodnotu 480 mm. Zadavatel dále v rámci parametru rozsah měření (délka komparačně) a rozsah měření vnější válcové plochy stanovil max. požadovanou hodnotu 650 mm. Účastník však v rámci technické specifikace u předmětných rozměrů uvedl hodnotu 680 mm.

Hodnotící komise vyzvala dne 14. 5. 2019 účastníka žádostí dle § 46 zákona o písemné objasnění nejasností v nesouladu účastníkem uvedených údajů s dotčenými parametry stanovenými zadavatelem, k objasnění, zda u výše uvedených parametrů účastníkem nabízeného plnění má skutečně hodnotu 480 mm a dále u dalších výše uvedených parametrů hodnotu 680 mm, přičemž stanovila účastníkovi lhůtu 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Dne 15. 5. 2019 zadavatel obdržel odpověď účastníka, ve které účastník uvedl, že se domníval, že zadavatel rozsahy měření stanovil ve formě min. požadavku a max. požadavku, přičemž dle tvrzení účastníka je tato podmínka u nabízeného přístroje splněna. Dle tvrzení účastníka jím nabízený přístroj umožňuje provádět měření ve větším rozsahu, tedy dle hodnot uvedených 480 mm pro vnitřní rozměry a do 680 mm vnějších rozměrů, tak jak bylo stanoveno v nabídce účastníka.

Předmětné plnění tak nesplňuje zadavatelem stanovené technické parametry rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, konkrétně v části maximální hodnoty rozsah měření vnější závitové plochy a rozsah měření vnitřní válcové plochy, když zadavatel požadoval max. 450 mm, přičemž účastníkem nabízené plnění má v max. hodnotě 480 mm a v části maximální hodnoty rozsahu měření (délka komparačně) a rozsah měření vnější válcové plochy, když zadavatel požadoval max. 650 mm, přičemž účastníkem nabízené plnění má v max. hodnotě 680 mm.

Tím je naplněn důvod vyloučení ve smyslu § 48 odst. 1 zákona ve vazbě na § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona.

Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat takovému dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

V Trutnově dne 20.5.2019



Ing. Vladislav Sauer

ředitel

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101 541 01 TRUTNOV
IČO: 691 74 415, DIČ CZ69174415
ústředna 499 813 071, ředitel tel./fax 499 814 729
(3)