

## **Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 13 (Dodatečná informace č. 13)**

**Zakázka:**     **Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -  
multioborový pavilon DIGP**

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název             **Královéhradecký kraj**  
Sídlo             **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
IČO                708 89 546  
DIČ                CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, [mjancova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mjancova@kr-kralovehradecky.cz), +420 495 817 460

### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

### **Dotazy:**

#### **Dotaz č. 1:**

„Zadavatel zaslal uchazeči mailové adresy provozovatelů datových antén na porodnickém pavilonu. Když uchazeč tyto provozovatele kontaktoval, aby zjistil cenové relace přeložení uvedených zařízení a technické podmínky jejich přeložení, dostal tyto odpovědi:

Dobrý den,

Pro nás (provozování sítě WAN – umístění páteřního směrovače) je nepřijatelná demontáž uvedeného zařízení a tedy jakékoliv přerušení provozu sítě WAN. Navrhuji Vám obrátit se na zadavatele s návrhem na jiné řešení. Při

obhlídce daného místa jsme zjistili rovněž umístění antény, kterou provozuje Zdravotnická služba Královéhradeckého kraje.

Žádáme tedy zadavatele, aby s provozovateli těchto zařízení se nejdříve dohodl na technickém řešení případně o cenových nákladech tohoto přeložení a pak je uveřejnil všem uchazečům, aby se předešlo uvedeným výše zasláním odpovědím, které měly být již vyřešeny ve fázi projekčních prací.“

#### **Dotaz č. 2:**

„Obdrželi jsme další vyjádření vlastníka datové přenosové techniky na střeše porodnického pavilonu rychnovské nemocnice.

Jak máme tedy postupovat?

Dobrý den,

komunikoval jsem to ještě s kolegou ....., který byl na místním šetření s panem ..... a bohužel jakékoliv stěhování technologie je pro nás nepřijatelné. Do rozvaděčů a technologie je přiveden uplnk pro nemocční síť, takže je to bohužel problém.

Děkuji za pochopení.“

#### **Odpověď č. 1 a č. 2:**

Vlastní práce by se měly umístěných zařízení dotknout pouze minimálně, avšak pokud budou třeba ochranná opatření, komunikace s vlastníky těchto zařízení, anebo přeložení těchto technických zařízení, bude vše zajišťovat zadavatel na své náklady v rámci nezbytné součinnosti se zhotovitelem. V položkovém rozpočtu byla tato položka odstraněna (viz příloha).

#### **Dotaz č. 3:**

Nachází se v objektu operační sály, případně jiné prostory, které se dezinfikují pomocí germicidních zářivek? Pokud ano, žádáme o určení otvorových výplní, kterých se to týká. V těchto prostorech nelze garantovat stálobarevnost plastových profilů z vnitřní strany, profily musí být povrchově upraveny.

#### **Dotaz č. 4:**

Navržené řešení výplně MIV – sklo+plast+TI+plast – není podle dodavatelů oken proveditelné s garancí funkčnosti a záruky.

Funkční a ověřené řešení výplně v plastovém rámu je proveditelné ve 3 variantách:

var.1: trojsklo s prostředním matným (resp. mléčným, pískovaným) sklem

var.2: sendvičová výplň (plast+TI+plast) povrch stejný jako u rámu (barva i struktura)

var.3: sendvičový panel (Kingspan), barva RAL

Žádáme zadavatele o výběr výplně MIV z těchto možností.“

#### **Odpověď č. 3:**

Ne, germicidní lampa se v objektu nepoužívá.

#### **Odpověď č. 4:**

Konzultováno s generálním projektantem, řešení je proveditelné. Specifikace zůstává.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

#### **Nová lhůta pro podání nabídek končí 16. 9. 2019 v 9:00 hodin.**

**Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).** O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

**Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele.** Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Příloha:**

DI 13 RYCHNOV - ONN Rychnov-snížení energetické náročnosti -pavilon DIGIP (zadání)

V Hradci Králové 22. 8. 2019

JUDr. Jana Mitrovič  
na základě pověření