

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zahájené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu pro tato pracoviště: Rychnov n/K., Dvůr Králové n/L. a Trutnov, II“
Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Sídlo:	Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
IČ:	28181662
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Milanem Zápotockým, jednatelem
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

V zastoupení zadavatele Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., v souladu s Výzvou k podání nabídek a v souladu s § 98 ZZVZ Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal oprávněné osobě zástupce zadavatele e-mailem dne 21.8.2019.

1. Dotazy od účastníka

DOTAZ 1:

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ

VZ: „Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu pro tato pracoviště: Rychnov n/K., Dvůr Králové n/L. a Trutnov, II“.

V zadávací dokumentaci a v Příloze č. 2_Technické podmínky_Cenová nabídka, v listě Kritérium č. 2 – je v bodě 42 uveden požadavek „Výrobce nabízený analytický systém musí být standardně hodnocen v samostatné skupině systémů EHK. Zadavatel využívá systém SEKK.“, jde o minimální požadavek VZ.

Dotaz

Chápeme správně, že zadavatel nově požaduje, aby nabízené modely analyzátorů byly hodnoceny pouze v SEKK a tím vylučuje účast nabízených analyzátorů v jiných EHK systémech splňujících veškerou EU legislativu? Nebo bude zadavatel akceptovat taktéž doložení účasti nabízených analyzátorů v jakémkoli jiném EU systému EHK, kde bude vytvořena skupina pro daný nabízený model?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel nevylučuje účast nabízených analyzátorů v jiných EHK systémech, ale požaduje, aby zároveň uchazečem nabízený analytický systém byl standardně hodnocen rovněž v rámci SEKK, který zadavatel využívá.

ZÁVĚR:

Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Hradci Králové, dne 26.8.2019

.....
Mgr. Pavel Štěpán
oprávněná osoba zástupce zadavatele