

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zahájené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu pro tato pracoviště: Rychnov n/K., Dvůr Králové n/L. a Trutnov, II“
Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Sídlo:	Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
IČ:	28181662
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Milanem Zápotockým, jednatelem
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

V zastoupení zadavatele Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., v souladu s Výzvou k podání nabídek a v souladu s § 98 ZZVZ Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal oprávněné osobě zástupce zadavatele e-mailem dne 2.9.2019.

1. Dotazy od účastníka

DOTAZ 1:

V zadávací dokumentaci a v Příloze č. 2_Technické podmínky Cenová nabídka, v listě Kritérium č. 2 – je v bodě 42 uveden požadavek „Výrobce nabízený analytický systém musí být standardně hodnocen v samostatné skupině systémů EHK. Zadavatel využívá systém SEKK_“, jde o minimální požadavek VZ.

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel uvádí „Zadavatel nevyklučuje účast nabízených analyzátorů v jiných EHK systémech, ale požaduje, aby zároveň uchazečem nabízený analytický systém byl standardně hodnocen rovněž v rámci SEKK, který zadavatel využívá.“

Tím, že zadavatel trvá na účasti všech nabízených modelů v českém EHK SEKK, je tento požadavek limitující pro jeden z našich analytických systémů. Můžeme však nabídnout jiný model, který tento požadavek splňuje, nikoli však požadavek č. 5. „stanovení retikulocytů bez úpravy vzorku“ a požadavky 16. a 17. ve smyslu rychlosti hlavního a záložního analyzátoru pro laboratoř v Trutnově. Analytický systém, který bychom mohli nabídnout, a je dlouhodobě účasten v SEKK, měří retikulocyty s manuální předpřípravou a jeho rychlost je 84 KO+DIF / hod.

Dotaz č. 1

Může zadavatel požadavek č. 5. uvolnit přeformulováním na „měření retikulocytů“, a u požadavků č. 16. a 17. snížit požadovaný minimální výkon pro hlavní a záložní analyzátor pro laboratoř v Trutnově na „minimálně 80“?

V tomto případě bychom mohli zadavateli nabídnout ověřenou technologii s dlouhodobou účastí v SEKK, splňující požadovaný medicínský účel, a navíc za velmi výhodných ekonomických podmínek.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

***Požadavek č. 5** – zadavatel ponechává tento požadavek beze změn, tedy tak, jak je uveden v Příloze č. 2_Technické podmínky_Cenová nabídka, list Kritérium č.2 – Tech. podmínky.*

***Požadavky 16 a 17** – zadavatel nebude měnit hodnoty požadavků 16 a 17 uvedené v Příloze č. 2_Technické podmínky_Cenová nabídka, list Kritérium č.2 – Tech. podmínky.*

ZÁVĚR:

Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Hradci Králové, dne 5.9.2019

.....
Mgr. Pavel Štěpán
oprávněná osoba zástupce zadavatele