

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

Zakázka: „Zařízení pro provoz centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Ivona Marčišin, tel.: +420 495 817 479, e-mail: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	260 00 202

DIC

CZ699004900

Jednající

Ing. Ivana Urešová, statutární ředitelka

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje "prosklené a průhledné dveře na obou stranách, elektronicky blokové v průběhu cyklu". Všeobecně je ale sklo materiál náchylný k častému poškození, a neopatrností obsluhy může dojít k jeho poškrábání nebo dokonce rozbití. I naši technici již v minulosti několikrát během 15 leté životnosti přístroje prasklé skleněné dveře měnili.

Nerezové dveře jsou nerozbitné, nemohou prasknout, odštípnout se a jsou tzv. na celou životnost přístroje. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů s nerezovými dveřmi?

ODPOVĚď č. 1:

ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku přístrojů s nerezovými dveřmi a upravuje svůj požadavek takto:

PŮVODNÍ POŽADAVEK ZADAVATELE:

prosklené a průhledné dveře na obou stranách, elektronicky blokové v průběhu cyklu

NOVĚ POŽADOVÁNO:

celonerezová dvířka nebo celoskleněná dvířka s osvětlením vnitřního prostoru mycí komory, elektronicky blokové v průběhu cyklu

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje "osvětlená mycí komora".

Chápeme tento požadavek u skleněných dveří, ale pokud bude zadavatel akceptovat dveře nerezové, nemá osvětlení komory další smysl.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů bez osvětlené mycí komory?

ODPOVĚĎ č. 2:

ANO, zadavatel akceptuje nabídku přístrojů bez osvětlené mycí komory v případě, že se bude jednat o dvířka celonerezová. Pokud účastník nabídne celoskleněná dvířka, zadavatel trvá na požadavku osvětlené mycí komory.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje "příkon max 15 kW (400 V)" a zároveň "sušící jednotka s kondenzátorem par a energeticky úsporným výměníkem tepla z výstupního vzduchu".

Námi nabízený přístroj s max. příkonem 10kW sice nemá výměník tepla z výstupního vzduchu, ale určitě je energeticky úspornější než přístroj s příkonem 15kW a s požadovaným výměníkem.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů s příkonem jen 10kW, a tedy energeticky méně náročných, ale bez výměníků tepla z výstupního vzduchu?

ODPOVĚĎ č. 3:

ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku přístrojů s příkonem 10kW, bez výměníků tepla z výstupního vzduchu, avšak za předpokladu, že nedojde k neúměrnému prodloužení cyklů.

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje "elektronická kontrola pohybu mycích ramen".

Tuto kontrolu námi nabízené přístroje nemají, ale mají mnoho jiných SW a HW kontrolních bodů a čidel, aby byla obsluha dokonale informována, zda dezinfekční cyklus probíhá dle zadaných parametrů, nebo zda došlo k nějaké chybě.

Bude zadavatel akceptovat nabídku takových přístrojů?

ODPOVĚĎ č. 4:

NE, zadavatel trvá na požadavku „elektronická kontrola pohybu mycích ramen“.

Dotaz č. 5

Zadavatel požaduje "komunikace a ovládání přístroje přes dotykový displej v českém jazyce,.....".

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů s tlačítkovým LCD displejem a navíc s otočným voličem pro rychlou volbu požadovaného programu?

ODPOVĚĎ č. 5:

ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku přístrojů s tlačítkovým LCD displejem a navíc s otočným voličem pro rychlou volbu požadovaného programu. Zadavatel však upozorňuje, že displej a komunikace na displeji je požadována v českém jazyce.

Dotaz č. 6

Zadavatel požaduje "integrovaná tiskárna pro dokumentaci průběhu cyklu, včetně podrobných informací" a zároveň ""dodávka vč. HW a SW pro monitoring a archivaci procesu v externím PC.....automatická tvorba a ukládání protokolů o provedených cyklech".

Otázkou je, proč mít integrovanou tiskárnu v přístroji, když si mohu kdykoli vytisknout daleko podrobnější výpis dezinfekčního cyklu z externího PC.

Námi nabízené mají zadavatelem požadovaný jeden výstup RS 232, který dle přání zákazníka můžeme využít buď na připojení na integrovanou tiskárnu nebo na externí PC. Nikoli však zároveň.

Bude zadavatel akceptovat takové řešení?

ODPOVĚĎ č. 6:

ANO, zadavatel bude akceptovat řešení s jedním výstupem k připojení na integrovanou tiskárnu nebo externí PC. Nikoli však zároveň.

Dotaz č. 7

Zadavatel požaduje ""Základní mycí koše - 4 ks.....Možnost vyjímat jednotlivé úrovně a ramena pro mytí rozměrných nástrojů nebo vkládání jiného mycího příslušenství".

Bude zadavatel akceptovat základní mycí koše s jednou odnímatelnou úrovní?

ODPOVĚď č. 7:

ANO, zadavatel bude akceptovat základní mycí koše s jednou odnímatelnou úrovní.

Příloha:

p01a - Ster - Technická specifikace _rev01

p04 - Ster - Tab plnění požadavků _rev01

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí 18. 2. 2020 v 10:00 hodin.

V Hradci Králové 14. 1. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření