

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Zakázka: „Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

| | |
|----------|---|
| Název | Královéhradecký kraj |
| Sídlo | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO | 708 89 546 |
| DIČ | CZ70889546 |
| Zástupce | PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje |

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

| | |
|-------|---------------------------------------|
| Název | Oblastní nemocnice Náchod a.s. |
| Sídlo | Purkyňova 446, 547 01 Náchod |
| IČO | 260 00 202 |

DIČ

CZ699004900

Jednající

Ing. Ivana Urešová, statutární ředitelka

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Účastník se dotazoval zadavatele, zda splní jednohadicovým připojením požadavek zadavatele na měření NIBP. Zadavatel, který požaduje měření NIBP dvouhadicovým připojením odpověděl, že na svém požadavku trvá z důvodu „zachování kompatibility technologie měření NIBP tak, aby bylo možné pacienta transportovat mezi odděleními a operačními sály bez nutnosti neustálé výměny manžety pro monitoraci NIBP“.

Zadavatel ve své odpovědi tedy nijak nezpochybnil technologii měření NIBP jednohadicovým připojením, kterou účastník nabízí a ve svém dotazu již deklaroval certifikací pro přesné měření NIBP v rozsahu od novorozenců až po dospělé pacienty. Účastník tedy na základě odpovědi zadavatele vyvozuje, že zadavatel akceptuje technologii měření NIBP jednohadicovým připojením, ale z důvodu požadované kompatibility popisované v odpovědi, je pro zadavatele jednohadicové připojení nevýhodné (nutnost neustálé výměny manžet atd. ...)

Účastník garantuje zadavateli plnou kompatibilitu nabízeného měření NIBP jednohadicovým připojením s aktuálně v nemocnici používaným měřením NIBP dvouhadicovým připojením a garantuje tím možnost pacienta transportovat mezi odděleními a operačními sály bez nutnosti neustálé výměny manžety pro monitoraci NIBP.

Účastník má za to, že tímto splňuje požadavek zadavatele v plném rozsahu a že měření NIBP jednohadicovým připojením při této garanci zachování plné kompatibility se stávajícím dvouhadicovým připojením, nemá žádný negativní vliv na medicínský účel monitorování NIBP. Dle účastníka by trvání zadavatele na dvouhadicovém připojení NIBP bylo při této garanci účastníka na zachování kompatibility v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a bylo by pro ostatní účastníky o VZ diskriminující.

Splní účastník jednohadicovým připojením s garancí výše popsané kompatibility požadavek zadavatele na monitorování NIBP?

Odpověď č. 1:

Zadavatel připoustí řešení nabízené účastníkem, tj. jednohadicové připojení s garancí kompatibility popsané v dotazu účastníka za předpokladu, že bude zachována plná kompatibilita se stávajícím dvouhadicovým připojením, aniž by to mělo negativní vliv na medicínský účel monitorování NIBP a budou dodrženy veškeré legislativní požadavky na zdravotnické prostředky včetně jejich příslušenství, a to dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích, v platném znění, případně jiných souvisejících právních předpisů a norem.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 24. 2. 2020 v 11:00 hodin.

V Hradci Králové 20. 1. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření