

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: „Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	260 00 202

DIČ

CZ699004900

Jednající

Ing. Ivana Urešová, statutární ředitelka

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel se ve své odpovědi na dotaz č. 1 Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 ze dne 09.01.2020 vyjadřuje k možnosti náhrady spotřeby O2 použitím metody ScVO2 místo metody SvO2.

Ve své odpovědi zadavatel tuto možnost připustil, dále však uvádí ve Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 09.01.2020:

„ANO, zadavatel připouští nahradit požadavek na možnosti připojení externích modulů pro monitoraci PICCO, SvO2 či BIS alternativním řešením, tj. parametrem ScVO2.“

Dotaz: Není zjevné, co zadavatel touto odpovědí míní. Zároveň totiž v odpovědi na dotaz č. 6 zadavatel předpokládá dodání 2 ks modulů BIS / Entropy.

Uchazeč se domnívá, že zadavatel nadále požaduje dodání 2 modulů BIS a 2 modulů PICCO.

Je tento předpoklad správný ?

Odpověď na dotaz č. 1

ANO, předpoklad účastníka je správný. Zadavatel požaduje dodání 2 modulů BIS a 2 modulů PICCO. Zadavatel pouze připouští nahrazení metody SvO2 metodou ScVO2.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v příloze č. 1a) Technická specifikaci, v položce 3, ozn. T-0903
1x EEG modul pro 4 kanálové EEG s měřením auditivních evokovaných potenciálu AEP se zobrazením křivek a numerických hodnot na displeji monitoru

Zadavatel ve své odpovědi na dotaz č. 5 Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 ze dne 09.01.2020 připustil splnění tohoto požadavku nabídkou samostatného přístroje EEG s možností AEP popřípadě SEP.

V souladu s odpovědí na dotaz č.4 Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 ze dne 14.01.2020 uchazeč přepokládá, že případný externí samostatný přístroj EEG musí být připojený do monitorovací sítě. A křivky a měřené hodnoty z tohoto přístroje musí být zobrazeny na monitoru životních funkcí nebo centrálním monitoru.

Je tento předpoklad správný ?

Odpověď na dotaz č. 2

Požadujeme zobrazení všech měřených parametrů z parametrických modulů na monitoru životních funkcí nebo na centrálním monitoru vč. 4 kanálového EEG modulu. Požadavek na AEP popřípadě SEP, pokud není součástí EEG modulu, je možné řešit dodáním samostatného přístroje, který již nemusí být připojen do monitorovací sítě a křivky a měřené hodnoty tohoto přístroje nemusí být zobrazeny na monitoru životních funkcí nebo centrálním monitoru.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 23. 1. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření