

## Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)

### **Zakázka: „Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod“**

#### **Identifikační údaje zadavatele**

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

#### **Zadavatel č. 1**

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	<b>Královéhradecký kraj</b>
Sídlo	<b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b>
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: [vnyc@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz)

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: [mmichl@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mmichl@kr-kralovehradecky.cz)

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: [jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz](mailto:jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz)

#### **Zadavatel č. 2**

Název	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
Sídlo	<b>Purkyňova 446, 547 01 Náchod</b>
IČO	260 00 202

DIČ

CZ699004900

Jednající

Ing. Ivana Urešová, statutární ředitelka

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: [buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz](mailto:buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz)

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: [kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz)

### **Profil zadavatele**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

### **Dotaz č. 1**

Účastník žádá zadavatele, zda by mohl upřesnit a definovat (monitorovací systém/výrobce), jaké je stávající používané dvouhadicové připojení NIBP v nemocnici, k němuž se vztahuje kompatibilita s jednohadicovým připojením, kterou zadavatel připustil ve své odpovědi č. 1 Dodatečné informace č. 3.

Účastník se domnívá, že se jedná o produkty GE. Je tento předpoklad účastníka správný?

### **Odpověď č. 1:**

Stávající stav monitorů v Oblastní nemocnici Náchod a.s.:

#### 1. Anestésie

monitory GE Careescape B 450 a B 650 - celkem 6x (dvouhadicové měření NIBP)

monitory Infinity Delta - celkem 2x (jednohadicové měření NIBP)

Vital signs 1x (jednohadicové měření NIBP)

Datex Ohmeda 1x (dvouhadicové měření NIBP)

#### 2. ARO lůžka:

monitory Space Labs Health Care Ultra View SL 7x (jednohadicové měření NIBP)

monitory Datex Ohmeda 1x S/5 1x (dvouhadicové měření NIBP)

**Dotaz č. 2**

Umožní zadavatel komunikaci telemetrických jednotek s centrálními stanicemi prostřednictvím své vlastní wifi sítě?

**Odpověď č. 2:**

Ne. Zadavatel požaduje, aby dodavatel provozoval komunikaci telemetrických jednotek po vlastní dodané infrastruktuře.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

V Hradci Králové 28. 1. 2020

JUDr. Jana Mitrović  
na základě pověření