

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9)

Zakázka: „Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	260 00 202
DIČ	CZ699004900

Jednající

Ing. Ivana Urešová, statutární ředitelka

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci v položkách č. 2, 3 a 4 v části Multiparametrický modul uvádí- SpO2 technologií Masimo či Nellcor oximax

Dotaz:

Požadavek na měření pouze technologií Masimo či Nellcor oximax, uchazeč považuje za výrazné a nepřiměřené omezení možnosti zúčastnit se soutěže s jinými renomovanými technologiemi.

Společnost Nihon Kohden je samotným vynálezcem principu měření pulzní oxymetrie. Při využití této technologie je proto zaručen nejvyšší standard monitorace pacienta jak z pohledu snímání a interpretace signálu, tak i bezpečnosti. Bude zadavatel akceptovat i měření SpO2 technologií Nihon Kohden?

Odpověď č. 1:

Ne, zadavatel trvá na svém požadavku, tedy na SpO2 technologii Masimo či Nellcor oximax. Zadavatel prověřil na základě veřejně dostupných zdrojů informace k této technologii měření a konstatuje, že z jeho pohledu se nejedná o výrazné a nepřiměřené omezení možnosti zúčastnit se soutěže s jinými renomovanými technologiemi.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci v položce č. 3 v části Parametrické moduly uvádí –

6x kapnometrický modul etCO₂ metodou sidestream se zobrazením křivek a numerických hodnot na displeji monitoru

Dotaz:

Metoda sidestream je postupně nahrazována novějšími technologiemi. A to především z důvodů mnohonásobně pomalejšího startu měření, nutnosti kalibrace, většího počtu spotřebního materiálu, nákladnějšího servisu i výrazně vyšší prostorové náročnosti.

Bude zadavatel akceptovat modul měření CO₂ metodou mainstream, která bez výhrad odpovídá danému medicínskému účelu, včetně možnosti monitorovat kapnometrii i u spontánně ventilujících pacientů?

Odpověď č. 2:

Ne, zadavatel trvá na svém požadavku, tj. kapnometrický modul etCO₂ metodou sidestream se zobrazením křivek a numerických hodnot na displeji monitoru.

Dotaz č. 3:

Dovoluji si Vás požádat o vložení přílohy p05 - Mon –Soupis dodávek servisu do elektronického nástroje E-ZAK.

Příloha - tabulka je uzamčena a bez hesla nelze listy odemknout, tudíž není možné doplňovat hodnoty. (viz příloha)

Odpověď č. 3:

Excelový dokument sice je zamčený proti úpravám, ale jedná se pouze o buňky, které nejsou určeny k vyplňování.

Žlutě podbarvené buňky, tj. buňky, které dodavatel má vyplnit, jsou odemčené a lze je vyplňovat.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 21. 2. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření