



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči - COS“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 20.3.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

„Zadavatel v Příloze č. 2_1_TECHNICKÉ PODMÍNKY u položky „HD záznamové zařízení“ požaduje: „Podpora nahrávání přímo na USB HDD, USB flash disk či na síťové úložiště, export do PACS, NIS Preferované síťové rozhraní: 100/1000 Ethernet RJ-45, podpora DICOM, HL7“. Dále u položky „Ostatní“ zadavatel požaduje „Nápojení na síťovou infrastrukturu zadavatele a datové úložiště dle požadavků (PACS nebo datové úložiště s vazbou na NIS). Přístroj musí podporovat formát DICOM a HL7. Musí umožnit automatické odesílání záznamů do úložiště nebo uživatelské (vybrané pasáže videozáznamu nebo fotografie)“. Uchazeč k tomuto uvádí, že požadavek na standard HL7, který se používá pro přenos klinických a administrativních dat mezi softwarovými aplikacemi není standardem u záznamových zařízení, které archivují a odesílají snímky a videa z kamery pro laparoskopické, endoskopické nebo laparotomické operace. Uchazeč uvádí, že nezná žádného výrobce, který v současné době nabízí podporu HL7 u záznamového zařízení tohoto typu. Standardem pro zobrazování, distribuci a skladování a tisk medicínských dat pořízených snímacími metodami jako je např. laparoskopická, nebo abdominální kamera je DICOM. DICOM definuje způsob manipulace, distribuce a ukládání medicínských dat.“



Dotaz: Uchazeč nabízí záznamové zařízení, které splňuje technickou specifikaci, ale nepodporuje HL7, vzhledem k výše uvedenému. Akceptuje zadavatel záznamové zařízení, které podporuje DICOM, ale nepodporuje HL7?“

Odpověď:

Zadavatel k dotazu účastníka uvádí, že zadavatel u záznamového zařízení netrvá na podpoře HL 7, ale trvá na podpoře DICOM.

V Praze dne 25.3.2020

**J&T advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník**