

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

na dodávky s názvem:

„Reagenční činidla pro analýzu močového sedimentu a chemickou analýzu moči včetně pronájmu analyzátoru ”

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dvou účastníků o veřejnou zakázku.

1) Dotaz účastníka č. 1:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „*Reagenční činidla pro analýzu močového sedimentu a chemickou analýzu moči včetně pronájmu analyzátoru*“ zadávané v otevřeném řízení (dále jen „**zadávací dokumentace**“) vyhlášené zadavatelem – Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČO: 26000202, akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333, zastoupeným RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem (dále jen „**zadavatel**“) v Příloze č. 1 „Technické podmínky – Požadavky na chemické vyšetření“, v bodu 7 je uvedeno, že „*Stabilita proužků na palubě analyzátoru minimálně 6 dní*“.

Zadavatel uvádí roční statistiku 34 000 vzorků pro analýzu moči chemicky a morfologicky, což odpovídá zhruba 93 vzorkům denně při provozu 365 dní v roce v režimu 24/7. Při tomto objemu vzorků se spotřebuje jedno balení proužků po sto kusech denně. Dodavatelem deklarovaná stabilita 5 dní na palubě analyzátoru je pro takový provoz dostatečná i o víkendu, kdy počty vzorků klesají. Bude Zadavatel akceptovat stabilitu proužků na palubě analyzátoru 5 dní?

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v Příloze č. 1 „Technické podmínky – Požadavky na vyšetření močového sedimentu a tělních tekutin“, v bodu 17 se uvádí, že je požadováno „Automaticky vyhodnocované kategorie u likvoru - erytrocyty, leukocyty, mono a polynukleáry, bakterie - požadované jednotky = počet/ul“.

Vyhodnocení leukocytů na mono a polynukleáry je velmi specifický parametr pro močový analyzátor. Tento parametr splňuje na českém trhu v současnosti jediný dodavatel. Zadavatel stanovil tento požadavek jako nepřekročitelný, čímž zúžil možnou účast dodavatelů v soutěži. Neuvažuje Zadavatel o tom, že by v rámci otevřené soutěže změnil tento požadavek z nepřekročitelného minima na požadavek bodovaný jako v jiných bodech Přílohy č. 1 „Technické podmínky“?

2) Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 30. 04. 2020, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka č. 1:

Odpověď na dotaz č. 1 účastníka:

Zadavatel bude akceptovat parametr „Stabilita proužků na palubě analyzátoru minimálně 5 dní“.

Odpověď na dotaz č. 2 účastníka:

Zadavatel trvá na svém požadavku „Automaticky vyhodnocované kategorie u likvoru - erytrocyty, leukocyty, mono a polynukleáry, bakterie - požadované jednotky = počet/ul“ jako nepřekročitelném parametru.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

a) přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 1: Technické podmínky; a

b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky přiměřeně. Zadavatel tímto ruší znění článku „19 Místo a doba pro podání elektronických nabídek“ zadávací dokumentace a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

19 Místo a doba pro podání elektronických nabídek

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka elektronický nástroj E-Zak ON Náchod.

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

Lhůta pro podání nabídky je do: 20. 05. 2020 do 10,00 hod.

Příloha:

Příloha č. 1: Technická podmínky VZD č. 1



05. 05. 2020

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Miroslav Bůžek

