



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči – defibrilátory“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 12.6.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v příloze č. 2 ZD Technické podmínky požaduje: **jednorázové elektrody v číselníku VZP.**

Z veřejně dostupných informací a na základě klinických a praktických zkušeností, má účastník za to, že je tento požadavek, aby byly **jednorázové elektrody v číselníku VZP**, neopodstatněný z praktických a procesních důvodů, kdy poskytovatel zdravotní péče/nemocnice vykazuje náklady na tento spotřební materiál vůči pojišťovněm v rámci výkonu ve stanoveném paušálu za daný výkon. Neaplikuje prakticky tzv. ZUM (zvláště účtovaný materiál) s využitím číselníku VZP, což se praktikuje výhradně v provozu záchranných služeb, tedy PNP (přednemocniční péče).

Z toho důvodu žádá účastník zadavatele, zda bude akceptovat nabídku na defibrilátory, kde jsou jednorázové elektrody, které mohou být vykazovány vůči pojišťovněm v rámci paušálu za daný výkon, ale ne podle číselníku VZP (na tzv. ZUM).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď:

Zadavatel i nadále trvá na daném parametru „Jednorázové elektrody v číselníku VZP“. Zadavatel vykazuje v určitých případech jednorázové elektrody jako ZUM položku v účtu pacienta a takto vykázaný materiál není ze strany zdravotní pojišťovny odmítnut. Tvoří jednu z nákladových položek vstupujících do úhrady za hospitalizační případ. Dále zadavatel konstatuje, že jednorázovými elektrodami v číselníku VZP disponuje většina defibrilátorů dodávaných na trhu.

V Praze dne 12. 6. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník