



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

### “Vybavení endoskopického pracoviště – část 2 elektrokoagulační jednotka s argon koagulací“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)  
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
**Sídlo zadavatele:** Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
**IČ:** 26000202  
**DIČ:** CZ26000202  
**zastoupený:** RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

**V zadávacím řízení zastoupen:** **J&T advokátní kancelář s.r.o.**  
IČ 04996305  
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,  
**JUDr. Jan Salmon**, advokát a společník  
Tel: + 420 774 720 720  
e-mail: [office@jtak.cz](mailto:office@jtak.cz)

**Kontaktní osoba:** **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů  
tel. + 420 727 986 414  
e-mail: [kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz)

**Adresa profilu zadavatele:** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html)

Zadavatel obdržel dne 12. 6. 2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí požadavek v Příloze č. 2\_2 - TS\_elektrochirurgicka jednotka\_Změna ZD č.1 na: „Elektrochirurgický koagulační přístroj s argon-plasma jednotkou určený pro výkony v endoskopii – polypektomie, palilotomie, mukosektomie, APC.“

Pro výkony v endoskopii – polypektomie, palilotomie, mukosektomie, APC musí mít elektrochirurgický koagulační přístroj s argon-plasma jednotkou speciální softwareový modul pro možnost přednastavených programů pro výše uvedené výkony. Požaduje zadavatel pro výkony polypektomie, palilotomie, mukosektomie, APC speciální přednastavené programy?



**Odpověď:**

**Ano, zadavatel v souladu definovaným určením přístroje v technické specifikaci požaduje přednastavené endoskopické programy polypektomie, papilotomie, mukosektomie, APC.**

**Dotaz č. 2:**

Zadavatel uvádí požadavek v Příloze č. 2\_2 - TS\_elektrochirurgicka jednotka\_Změna ZD č.1 na: „Automatické rozpoznání použitého nástroje“.

Automatické rozpoznání použitého nástroje je možné pouze s všeobecně známou funkcí „Plug ´N ´Play“, která optimálně přednastaví výkonové hodnoty jednotky podle typu připojeného nástroje. Rozumí tomu uchazeč správně, že zadavatel požaduje funkci „Plug ´N ´Play“?

**Odpověď:**

**Ano, zadavatel požadavkem "Automatické rozpoznání použitého nástroje" myslí funkci nazývanou "Plug and play".**

**Dotaz č. 3:**

Zadavatel uvádí požadavek v Příloze č. 2\_2 - TS\_elektrochirurgicka jednotka\_Změna ZD č.1 na: „Dva aktivní kombinované monopolární a dva aktivní kombinované bipolární výstupy.“

Dotaz: Vzhledem k určení elektrochirurgického koagulačního přístroje s argon-plasma jednotkou pro výkony polypektomie, palilotomie, mukosektomie, APC uchazeč hodnotí ze zkušeností, že primárním výstupem pro tyto výkony bude monopolární režim, případně monopolární režim včetně argon koagulace. Připouští zadavatel možnost nabídnout elektrochirurgický koagulační přístroj s argon-plasma jednotkou, který má dva aktivní kombinované monopolární výstupy a jeden aktivní bipolární výstup?

**Odpověď:**

**Ano, zadavatel připouští možnost nabídky elektrochirurgického koagulačního přístroje s argon-plasma jednotkou, který má dva aktivní kombinované monopolární výstup a jeden aktivní bipolární výstup.**

**V Praze dne 17. 6. 2020**

**J&T advokátní kancelář s.r.o.**

**JUDr. Jan Salmon, advokát a společník**