



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči – zdravotnické přístroje a zařízení I. – část 3 Kardiotokografie“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 16.6.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1:

V bodě 6. zadávací dokumentace (Předpokládaná hodnota zakázky) je na str 8. uveden rozpis předmětu plnění pro část 3
... Kardiotokograf vč. telemetrie (lůžková část – porodnice) 4

V příloze č. 2 ZD (Technické podmínky) je uvedena konfigurace:
... 4 ks antepartální monitor na lůžkové oddělení porodnice

Je správná specifikace včetně telemetrie, nebo bez telemetrie?



Odpověď:

Jedná se o administrativní pochybení v bodě 6 zadávací dokumentace, kde je v tabulce „**Předpokládaná hodnota pro jednotlivé části veřejné zakázky činí**“ chybně uveden text v části VZ 3 a to konkrétně u položky Kardiokograf vč. telemetrie (lůžková část – porodnice) – 4 ks, předpokládaná hodnota v Kč bez DPH/1 ks: 228.278,39. Zde zadavatel požaduje skutečně kardiokograf – 4 ks, avšak **bez telemetrie**. Správná specifikace u tohoto požadavku je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace_Technické podmínky.

Nově upravená tabulka pro bod 6 zadávací dokumentace:

Předpokládaná hodnota pro jednotlivé části veřejné zakázky činí:

ČÁST VZ	Předmět dodávky – Název části VZ	Počet ks	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH/1ks
1	Bilirubinometr	1	159.800,00
2	Porodní lůžka	2	444.924,00
3	Kardiokografy		
	Kardiokograf vč. telemetrie (porodní sál)	1	540.923,96
	Kardiokograf vč. telemetrie (lůžková část - gynekologie)	1	466.038,84
	Kardiokograf (lůžková část – porodnice)	4	228.278,39
CELKEM			

Dotaz č. 2:

V příloze č. 2 ZD (Technické podmínky) je na str. 2 uveden požadavek na příslušenství a spotřební materiál ke kardiokografům a to včetně požadavku na voděodolnost sond alespoň IPx7. Norma IPx7 umožňuje provoz zařízení v hloubce 1m pod dobu 30 minut. S ohledem na běžnou délku monitorace plodu považujeme požadavek krytí IPx7 za nedostatečný. Požaduje zadavatel voděodolnost sond se stupněm krytí alespoň IPx8?

Odpověď:

Ne, zadavatel i nadále trvá na svém požadavku v rámci voděodolnosti sond, a to stupeň krytí alespoň IPX7.



Dotaz č. 3:

V příloze č. 2 ZD (Technické podmínky) je na str. 3 uveden požadavek na "Externí i interní monitorování plodu". Mínil tím zadavatel monitorování přímé srdeční frekvence plodu skalpovou elektrodou připojenou k telemetrické sondě?

Odpověď:

Zadavatel požadavkem „Externí i interní monitorování plodu“ míní monitorování přímé srdeční frekvence plodu skalpovou elektrodou.

Dotaz č. 4:

V příloze č. 2 ZD (Technické podmínky) je na str. 3 uveden požadavek na "Možnost monitorování srdeční frekvence více plodů". Mínil tím zadavatel možnost monitorování dvojčat bezdrátově?

Odpověď:

Zadavatel požadavkem „Možnost monitorování srdeční frekvence více plodů“ míní možnost monitorování dvojčat v rámci KTG telemetrické jednotky.

Zadavatel v souladu ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že zadavatel neposkytl vysvětlení v zákonné lhůtě, v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ adekvátně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel poskytuje vysvětlení o 3 pracovní dny později, z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání o 3 pracovní dny, tzn. do 3.7.2020 do 10.00 hod.

V Praze dne 24. 6. 2020

**J&T advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník**