



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči – defibrilátory“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 22.6.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V příloze č. 2 ZD technické podmínky požadujete pro všechny defibrilátory Synchronizovaná režim (z externí EKG elektro, pádel i jednorázových defibrilačních elektrod). Námi nabízený defibrilátor umí podat výboj synchronizovaný se signálem z externích EKG elektrod nebo z pádel. Nalepovací elektrody používá pro AED defibrilaci a kardiostimulaci.

Budete akceptovat nabídku defibrilátorů s tímto řešením synchronizace výboje, defibrilace a stimulace?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku synchronizovaného režimu z externích EKG elektrod, pádel i jednorázových defibrilačních elektrod jako standardní funkce u většiny výrobců.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 2 ZD technické podmínky požadujete pro defibrilátory vyšší třídy počet svodů elektrod EKG – 12svodové EKG a EKG kabel 12svodový.



Budete v obou částech ZD akceptovat defibrilátor se 4svodovým kabelem pro snímání a současné zobrazování 6 křivek EKG na 7" dotykovém monitoru defibrilátoru?

Odpověď:

Zadavatel trvá na 12svodovém EKG u defibrilátorů vyšší třídy.

V Praze dne 24. 6. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník