



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení endoskopického pracoviště – část 2 elektrokoagulační jednotka s argon koagulací“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 23. 6. 2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Automatické rozpoznání použitého nástroje - bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s automatickým rozpoznáním použitých APC sond?

Odpověď:

Zadavatel v technické specifikaci argon-plasma koagulační jednotky trvá na parametru „Automatická detekce připojené sondy (Plug & Play)“.

Dotaz č. 2:

Dva aktivní kombinované monopolární a dva aktivní kombinované bipolární výstupy - jelikož v současné době nejsou ve flexibilní gastrointestinální endoskopii známy a prováděny terapeutické výkony s více než jedním aktivním nástrojem, bude zadavatel akceptovat nabídku s jedním aktivním monopolárním a jedním aktivním bipolárním výstupem



Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku upraveném z předchozích dotazů na 2 aktivní monopolární výstupy a 1 aktivní bipolární výstup. Požadavek je stanoven jako minimální pro možnost rychlé změny aktivace připojených 2 typů monopolárních nástrojů a jednoho typu bipolárního nástroje bez nutnosti dalšího přepojování.

Dotaz č. 3:

1ks propojovací kabel pro flexibilní Ar elektrody – bude zadavatel akceptovat nabídku s argonovými elektrodami, které se připojují na přímo bez propojovacího kabelu do argon plasmové jednotky?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku propojovacího kabelu pro flexibilní Ar elektrody. Požadavek umožňuje rychlou výměnu flexibilních Ar elektrod intraoperativně přímo operátorem nebo asistujícím sterilním personálem bez nutnosti přepojování na argon-plasma koagulační jednotce.

„Obecně, uchazeč si je vědom toho, že dle ustanovení § 44 odst. 11 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), zadávací podmínky, zejména technické podmínky nesmí stanovit obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“

Dále dle ustanovení § 45 odst. 3 ZVZ technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytváření neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, přičemž při formulaci technických podmínek je zadavatel povinen dodržovat obecné zásady zadávání veřejných zakázek, a to zejména zásadu zákazu diskriminace.

Rovněž dle ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že nabízené řešení je z hlediska přístroje a výsledků zákroku plně srovnatelné s požadovanými parametry má uchazeč za to, že požadované parametry jsou nastaveny bezdůvodně přísně, což by mohlo neoprávněně znevýhodnit určité uchazeče a být tak diskriminační.

V rámci předejití případného podání námitek v tomto ohledu uchazeč podává tuto žádost o dodatečné informace.“

V Praze dne 25. 6. 2020

**J&T advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník**