

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„POŘÍZENÍ CHIRURGICKÉ VRTAČKY“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	zakázka malého rozsahu

Vážený,
níže Vám ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, a to na základě žádosti jednoho dodavatele o veřejnou zakázku, která byla doručena prostřednictvím e-mailové komunikace kontaktní osobě zadavatele dne 07.07.2020, tedy řádně a včas.

Úplné znění dotazu:

Vážený,

žádáme o upřesnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Pořízení chirurgické vrtačky“. V zadávací dokumentaci je kritérium plná kompatibilita s CALIBRI II. Žádáme o vysvětlení, co je myšleno plnou kompatibilitou, protože pokud je myšleno zaměňování jednotlivých komponent systému, jako např. baterie, nabíječka, nástavce, tak v tom případě je zakázka konkurenčně diskriminační a je vypsaná na jednoho dodavatele.

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď zadavatele:

Plnou kompatibilitou s příslušenstvím systému Colibri II je míněna možnost použití vrtačky s nástavci, bateriemi či nabíjecí stanicí tohoto systému. Zadavatel disponuje velkým množstvím tohoto příslušenství a jeho záměrem je toto příslušenství nadále plně využívat. S péčí řádného hospodáře proto zadavatel požaduje pouze dodávku násadce (těla vrtačky) a trvá na podmínkách stanovených v zadávací dokumentaci. Zadavatel nepovažuje kompatibilitu s uvedeným systémem za diskriminační, protože nezná počet dodavatelů, kteří jsou schopni zajistit dodávku násadce kostní vrtačky.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na výše uvedené a na to, že zadávací dokumentace a její přílohy nebyly změněny, **nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.**

V Náchodě dne 08.07.2020


Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55