

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Obchodní firma: **MEDIFINE a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B/4835

IČO	27718948
DIČ	CZ27718948
se sídlem	Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupen	Ing. Martin Chládek, člen představenstva
bankovní spojení	Sberbank CZ a.s.
číslo účtu	4200135370/6800
bankovní spojení	Oberbank AG pobočka Česká republika
číslo účtu	2001106631/8040
bankovní spojení	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	2105603966/2700
bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu	282866864/0300

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]; email: [REDACTED]

dále jen jako „**poskytovatel**“ na straně jedné

a

Název:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
IČO:	260 00 202
DIČ:	CZ 26000202
DIČ pro účely DPH:	CZ 699004900
Sídlem:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Zastoupena:	RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	78-8883900227/0100

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

- [redacted], tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
- [redacted], tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

dále jen jako „objednatel“ či „ONN“ na straně druhé

Preambule

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací objednatele, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**RTG přístroj skiografický plně digitální se stropním závěsem včetně vertigrafu pro Oblastní nemocnici Náchod**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Čl. 1

Postavení smluvních stran

- (1) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

Čl. 2

Předmět a účel smlouvy

- (1) Tato smlouva přímo závisí na potřebě **pozáručního servisu pro RTG přístroj skiografický plně digitální se stropním závěsem včetně vertigrafu** pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN), který je blíže specifikováno v **příloze č. 1** této smlouvy a bylo pořízeno na základě kupní smlouvy uzavřené rovněž ve výše uvedeném zadávacím řízení (dále jen „**kupní smlouva**“). Smluvní strany prohlašují, že všechny podmínky kupní smlouvy jsou jim v době uzavření této smlouvy známy.
- (2) Účelem této smlouvy je zajištění správné funkčnosti a bezpečnosti přístrojového vybavení jako zdravotnických přístrojů, které jsou objednatelem používány k poskytování zdravotní péče.
- (3) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele za sjednanou odměnu provádět na náklad poskytovatele pro objednatele pozáruční servisní služby k přístrojovému vybavení, jehož bližší specifikace tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou poskytovatele podanou do zadávacího řízení. Účelem této smlouvy je zajištění neustálé provozuschopnosti přístrojového vybavení a splnění požadavků právních předpisů na provoz tohoto přístrojového vybavení u objednatele způsobem splňujícím medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem a právními předpisy, korespondující s návodem k obsluze přístrojového vybavení, jeho technickou specifikací a pokyny výrobce, spočívající zejména v následujících úkonech (dále jen „**pozáruční servis**“)
 - provádění pravidelných **bezpečnostně technických kontrol a revizí** dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZP**“), seřizování, provádění kontrol a dalších činností dle

pokynů výrobce a příslušných právních předpisů, které se k zajištění bezpečnosti a funkčnosti přístrojového vybavení vztahují (dále jen „BTK“),

- **pověření a proškolení** obsluhujícího personálu ONN k provádění instruktáže/školení nově příchozích zaměstnanců ONN, pokud to výrobce zdravotnického přístroje umožní, **nebo poskytování instruktáže** obsluhujícího personálu dle ZZP při nástupu nových pracovníků autorizovanou osobou po celou dobu životnosti přístroje,
 - **dodávky veškerých nových, nepoužitých náhradních dílů při opravách přístrojového vybavení** po dobu, kdy je poskytován servis dle této smlouvy,
 - **garance servisní odezvy**
 - **příp. nutné aktualizace systémového SW u přístrojového vybavení po dobu jeho životnosti.**
- (4) Součástí předmětu dle této smlouvy je i v provádění oprav jakýchkoli vad, které se projeví či nastanou v době poskytování servisu dle této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak (dále jen jako „**poskytování potřebných servisních služeb**“).
- (Pozáruční servis a poskytování potřebných servisních služeb společně jako „**servis**“).
- (5) Veškerý servis dle této smlouvy bude prováděn **po ukončení záručního servisu dle kupní smlouvy na přístrojové vybavení, a to v přímé návaznosti na ukončení záručního servisu. Smlouva bude účinná po dobu 60 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Čl. 3

Rozsah servisu a místo plnění

- (1) Poskytovatel je povinen provádět pozáruční servis přístrojového vybavení v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Poskytovatel je povinen provádět i veškeré další činnosti a garantovat dodávky veškerých náhradních dílů, jichž je za účelem dosažení účelu této smlouvy zapotřebí.
- (2) Místem provádění servisu jsou prostory v sídle objednatele, kde se přístrojové vybavení nachází, nestanoví-li objednatel v konkrétní objednávce jinak. V případě, že není možné provádět servis v těchto prostorách či to charakter vady přístrojového vybavení vyžaduje, je místem plnění pro účely provádění servisu provozovna poskytovatele. Poskytovatel si v tomto případě přístrojové vybavení dopraví do své provozovny a zpět k objednateli na své náklady.
- (3) Poskytovatel prohlašuje, že veškerý servis, BTK a opravy budou provádět pouze příslušně vyškolení pracovníci dle ZZP. Příslušná potvrzení, osvědčení, zápisy a jiné podobné listiny k prokázání splnění podmínek před kontrolními orgány (zejm. Státní ústav pro kontrolu léčiv) předá poskytovatel bezodkladně objednateli.

Čl. 4

Poskytování servisu

- (1) Požadavky objednatele na provedení servisu, s výjimkou provádění servisu spočívajícího v provádění pravidelných BTK servisovaného přístrojového vybavení dle odst. 3 tohoto článku, budou vznášeny prostřednictvím objednávek zasílaných poskytovateli (dále jen „**objednávka**“), a to v pracovních dnech v čase od 8:00 do 17:00 (dále rovněž jen „**pracovní doba poskytovatele**“) písemně na elektronickou e-mailovou adresu [redacted] a telefonicky na odpovědnou osobu provádějícího servis:
Jméno a příjmení: [redacted]
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
- (2) Poskytovatel je povinen v pracovních dnech ve své pracovní době neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od obdržení objednávky, tuto skutečnost objednateli (resp. odpovědné osobě objednatele)

potvrdit, a to na e-mailovou adresu [REDAKCE] nebo [REDAKCE], včetně vymezení časové náročnosti na provedení požadavku dle objednávky, popř. si vyžádat od objednatele doplňující informace, které nezbytně potřebuje ke splnění svých povinností. Objednávka se má za potvrzenou okamžikem dohody smluvních stran ohledně jejího obsahu, včetně lhůt k provedení.

- (3) V havarijních případech lze objednávku provést telefonicky, písemné potvrzení objednávky se provede bez zbytečného odkladu následně.
- (4) Předpokládaná cena provedení servisní činnosti bude uvedena v potvrzení objednávky, při navýšení těchto nákladů musí být objednatel upozorněn a navýšení nákladů odsouhlasit.
- (5) Náhradní díly, pomocný materiál a případně kompletní výrobky, které bude nutno vyměnit, budou fakturovány dle skutečné spotřeby po odsouhlasení objednatelem.
- (6) Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je poskytovatel povinen provádět BTK přístrojového vybavení:
 - v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou normou a výrobcem,
 - provádění veškerých kontrol či podobných úkonů vyžadovaných k provozu zařízení platnou legislativou či doporučeními a pokyny výrobce, zejm. pak bezpečnostně technické kontroly, kontrolu elektrické bezpečnosti, apod.

Tyto bezpečnostně technické kontroly provádí poskytovatel bez vyzvání dle požadavků výrobce a v souladu s platnou legislativou. Termín a provedení pravidelné údržby je poskytovatel povinen dohodnout s objednatelem nejméně **30 pracovních dnů** předem. Pokud poskytovatel neplní řádně a včas tuto povinnost, tak případné sankce a postihy od kontrolních orgánů jdou k jeho tíži a ponese za ně plnou odpovědnost, příp. bude povinen Objednateli nahradit škodu takto vzniklou, a to bez ohledu na příp. sjednané smluvní pokuty. Plánované odstávky přístrojového vybavení nezbytné pro zajištění preventivní údržby, nezbytných bezpečnostně technických kontrol, zkoušek provozní stálosti, ověřování, apod. ze strany poskytovatele nepřesáhnou **5 pracovních dnů** v roce. V ostatním platí pro provádění pravidelné údržby přístrojového vybavení stejné podmínky jako pro ostatní případy poskytování servisu.

- (7) Předmětem této smlouvy je rovněž **provádění oprav** veškerých vad přístrojového vybavení, které se projeví či nastanou v době, kdy je poskytován servis dle této smlouvy. Pro odstranění nejasností se výslovně stanoví, že vadou přístrojového vybavení se rozumí zejména jakékoli omezení funkčnosti, bezpečnosti, využitelnosti či uživatelského komfortu přístrojového vybavení bez ohledu na důvod tohoto omezení.
- (8) S prováděním oprav přístrojového vybavení je poskytovatel povinen **započít**, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, **v pracovních dnech do 24 hodin od nahlášení závady, v ostatních dnech do 48 hodin od jejího nahlášení**, pokud se nebude jednat o složitou závadu, která bude vyžadovat delší čas na přípravu. V takovém případě bude dohodnut jiný termín pro započítání s prováděním oprav.

Poskytovatel je povinen **odstranit závadu a provést opravu** přístrojového vybavení **nejpozději do 72 hodin od nahlášení závady**. Pakliže se jedná o **závažnou závadu** vyžadující delší termín pro opravu, zejména závadu k jejímuž odstranění je nezbytné **dobání náhradního dílu**, který nemá poskytovatel k dispozici na skladě a musí tento díl objednat, jsou smluvní strany povinny v této lhůtě **dohodnout jiný adekvátní termín (lhůtu) pro provedení takové opravy**. Do lhůty pro odstranění závady se nezapočítává doba od objednání náhradního dílu do jeho naskladnění, případně doba odpovídající jiné prokazatelné překážce, nezaviněné poskytovatelem, bránící včasnému provedení opravy.

Náhradní díl je poskytovatel povinen objednat nejpozději **do 72 hodin** od nahlášení závady.

- (9) O provedení pozáručního servisu poskytovatelem na základě této smlouvy a objednávky bude vždy poskytovatelem **sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, za objednatele technikem ONN** (dále jen „servisní výkaz“). Servisní výkaz bude obsahovat zejména specifikaci přístrojového vybavení (min. název, typ, výrobní číslo a **evidenční číslo objednavatele**), k němuž byl poskytován servis, popis, co bylo obsahem servisu a datum jeho provedení. Tento poskytovatel

předá objednateli při předání a převzetí dle čl. 11 této smlouvy, nebo následně, nejpozději však do jednoho týdne od poskytnutí plnění na e-mail: [REDACTED]

- (10) Poskytovatel je povinen v případě potřeby použití náhradních dílů při provádění servisu přístrojového vybavení pořídit a použít pouze nové náhradní díly doporučené pro tyto účely výrobcem. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, odpovídá poskytovatel objednateli za veškeré škody vzniklé objednateli v souvislosti s použitím přístrojového vybavení poté, co tuto svoji povinnost porušil, čímž není dotčena jeho povinnost k nápravě, ani nároky objednatele vyplývající z jiných ustanovení této smlouvy.
- (11) Poskytovatel se při poskytování servisu zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelné právní předpisy či jiné normy, jakož i podmínky ostrahy objednatele a jeho provozního areálu.

Čl. 5

Prohlášení poskytovatele

- (1) Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je v souladu s podmínkami stanovenými v ZZP oprávněn poskytovat služby, vykonávat činnosti týkající se přístrojového vybavení dle této smlouvy. **Výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby provádějící distribuci a servis obecných zdravotnických prostředků tvořících předmět VZ či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace této osoby na SÚKL, tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.** Poskytovatel je povinen objednatele informovat o jakékoliv změně registrace v Registru zdravotnických prostředků, která vznikne vydáním potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti, a to neprodleně, nejdéle však do 1 měsíce od nastalé změny vztahující se k předmětu smlouvy. Pokud poskytovatel tuto svou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- (2) Poskytovatel prohlašuje, že má k dispozici veškeré návody k obsluze přístrojového vybavení, jeho technickou specifikaci, jakož i veškerou další dokumentaci, které je za účelem provádění servisu dle této smlouvy zapotřebí.
- (3) Poskytovatel se zavazuje zajistit utajování důvěrných a utajovaných informací všemi pracovníky a rovněž i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, o kterých se poskytovatel v souvislosti se svou činností pro objednatele dozví nebo dostane do kontaktu, dále veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Ustanovení tohoto článku se vztahují, jak na období trvání této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.
- (4) Poskytovatel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- (5) Poskytovatel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na poskytování služeb, budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při poskytování služeb

přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u poskytovatele.

Čl. 6

Další práva a povinnosti smluvních stran

- (1) Poskytovatel je povinen poskytovat servis, k němuž je zavázán, poctivě, s vynaložením veškeré pečlivosti, znalostí a odbornou péčí, které jsou s jeho povoláním spojeny. Je přitom povinen dbát zájmů objednatele a chránit jeho dobrou pověst.
- (2) Při plnění závazků z této smlouvy plynoucích budou obě smluvní strany jednat ve smyslu zásad dobré víry a poctivého obchodního styku.
- (3) Poskytovatel zajistí v pracovní době poskytovatele bezplatnou **možnost přímé telefonické konzultace technického problému** s přístrojovým vybavením, a to osobou k tomu odborně příslušnou, **na tel. č. [REDAKCE] či elektronicky na e-mailové adrese [REDAKCE]** Odezva poskytovatele musí být nejpozději **do 24 hodin** od nahlášení problému.
- (4) Poskytovatel se zavazuje být během plnění závazků dle této smlouvy v potřebném spojení s objednatelem a pravidelně jej informovat o výsledcích plnění svých povinností.
- (5) Poskytovatel může pro plnění účelu této smlouvy smluvně spolupracovat s třetími osobami, které splňují požadavky příslušných právních předpisů, jiných norem či této smlouvy vztahujících se k provádění servisu. V takovém případě však odpovídá stejně, jako kdyby závazky z této smlouvy plnil sám.
- (6) Objednatel je povinen v rámci poskytování součinnosti umožnit poskytovateli plný přístup k přístrojovému vybavení. Objednatel se dále zavazuje provozovat přístrojové vybavení v souladu s návodem k obsluze, instrukcemi a v souladu s odborným školením provedeným techniky poskytovatele.
- (7) V záležitostech poskytování informací poskytovateli a všech ostatních záležitostech vyplývajících z této smlouvy, je kontaktní osobou na straně objednatele:
 - a. jméno, příjmení: [REDAKCE]
 - b. adresa: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
 - c. tel.: [REDAKCE]
 - d. e-mail: [REDAKCE] nebo jí pověřený pracovník
- (8) **Odpovědnou osobou poskytovatele** ve věcech plnění závazků dle této smlouvy je:
Jméno a příjmení: [REDAKCE]
Adresa: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Smluvní strany nejsou oprávněny provádět zápočty pohledávek bez souhlasu druhé smluvní strany. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.

- (9) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení smlouvy či smlouvy.

- (10) Jakékoli zřízení zástavního práva k věci kupujícího se považuje za nesjednané s ohledem na ustanovení § 25 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
- (11) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Čl. 7

Cena servisu a platební podmínky

- (1) V ceně servisních činností jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s jejich provedením, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení včetně ceny potřebných náhradních dílů/servisních kitů nutných k provedení BTK (dle pokynů výrobce), pokud nejsou z provádění servisu dle této smlouvy výslovně vyjmuty.
- (2) Cena za provedení servisních činností je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijetí nabídky poskytovatele. Ceny jednotlivých úkonů, které jsou součástí servisních činností, jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena náhradních dílů bude vždy předmětem jednání.
- (3) Poskytovatel může navrhnout zvýšení ceny pouze v souvislosti se **změnou daňových právních předpisů** ve smyslu změny zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, nebo na základě písemné dohody smluvních stran.
- (4) Ceny (jednotkové ceny pozáručního servisu) uvedené v Příloze č. 2 smlouvy nebudou měněny po dobu účinnosti smlouvy.
- (5) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- (6) Objednatel požaduje daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě. Doručení proběhne do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu [REDACTED]
- (7) Datem zdanitelného plnění je 1. den kalendářního čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ve kterém bylo poskytnuto plnění dle této smlouvy. Poskytovatel je tedy povinen daňové doklady (faktury) vystavovat čtvrtletně zpětně, tj. vždy za předchozí 3 měsíce poskytování servisu dle předmětu této smlouvy. Faktury budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (8) Faktury jsou splatné ve lhůtě **60 (šedesát) dní** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Doba splatnosti je sjednána v souladu s ust. § 1963 odst. 2 občanského zákoníku s ohledem na povahu plnění předmětu této smlouvy, s čímž smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.
- (9) Faktury budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (10) Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Na faktuře budou identifikovány smluvní strany, dále na ní bude uvedena specifikace zdravotnického přístroje (min. název, typ, výrobní číslo, evidenční číslo objednavatele), k němuž je poskytován servis, popis servisní činnosti, označení této smlouvy a příp. objednávky objednatele, podpis osoby oprávněné k vystavení faktury poskytovatele, je-li to technicky možné. K faktuře budou doloženy kopie příslušných podepsaných servisních výkazů jako její nedílná příloha za fakturované období.

- (11) V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit poskytovateli k opravě či doplnění a nedostává se do prodlení s úhradou faktury. Od doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
- (12) Poskytovatel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

Čl. 8 Záruka

- (1) Na servis poskytuje poskytovatel záruku v délce trvání **6 měsíců** a na dodané **náhradní díly** poskytuje poskytovatel záruku v délce trvání **2 let**. Záruka na servis a na náhradní díly trvá rovněž po ukončení trvání této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen oznámit případné vady poskytnutého servisu bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
- (3) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

Čl. 9 Pojištění

- (1) Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve výši minimálně **5.000.000 Kč** (slovy dva miliony korun českých). Kopie pojistné smlouvy - respektive dokument potvrzující pojištění tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- (2) Poskytovatel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného servisu; v případě změn prováděného servisu je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu poskytování servisu pojistné krytí požadované v odst. 1 tohoto článku smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu poskytování servisu dle této smlouvy je poskytovatel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.
- (3) Jakékoliv škody z plnění vzniklé objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním dle tohoto článku, budou hrazeny poskytovatelem.
- (4) V případě, že objednatel nebo poskytovatel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.
- (5) V případě, že poskytovatel poruší povinnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Čl. 10 Doba trvání a zánik smlouvy, přerušení poskytování servisu

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu poskytování servisu uvedenou v čl. 2 odst. 5 této smlouvy.
- (2) Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě nebo její ukončení musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší, než Dodatek pozdější.
- (3) Tato smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:

- a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni;
 - b) odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůtě 30 dnů;
 - c) odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně,
 - d) jednostrannou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu kdykoli v průběhu její platnosti, a to i před zahájením poskytování servisu, když výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď druhé straně doručena.
- (4) Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10-ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- (5) V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.
- (6) Objednatel je oprávněn pozastavit poskytování plnění dle této smlouvy doručením písemné výzvy k pozastavení poskytování servisu poskytovateli (dále jen „**pozastavení poskytování servisu**“), a to do doby přesně stanovené ve výzvě, nebo do doručení písemného odvolání této výzvy. Za dobu, kdy je pozastaveno poskytování servisu, poskytovatel není povinen plnit dle této smlouvy, zejména není povinen odstranit závady, které se projeví v době.

Čl. 11

Předání a převzetí

- (1) Po řádném provedení servisu je poskytovatel povinen předat objednateli výsledek své činnosti a vystavit o tomto předání objednateli písemné potvrzení. Poskytovatel se zavazuje objednatele písemně či prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu [REDAKCE], vyzvat k převzetí výsledku své činnosti a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání **přiměřenou dobu předem s ohledem na prováděný servisní úkon (tj. alespoň 2 pracovní dny předem, pokud nejde o servisní úkon prováděný v sídle kupujícího)**, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí. Pokud poskytovatel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí odmítnout. Na výzvu poskytovatele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí výsledku.
- (2) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí výsledku činnosti poskytovatele, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma stranám.
- (3) Poskytovatel je povinen zároveň před předáním a převzetím výsledku své činnosti na své nebezpečí provést přezkoušení přístrojového vybavení a jeho uvedení zpět do provozu za účelem zjištění, že servis byl řádně proveden. Provedením tohoto přezkoušení se poskytovatel nemůže dovolávat existence zjevných vad, ledaže prokáže, že zjevná vada musela být objednateli při provedení tohoto přezkoušení známa.
- (4) Předpokladem předání a převzetí výsledku činnosti poskytovatele je prokázání, že přístrojové vybavení je po provedení servisu způsobilé plnit své funkce a má předepsané, příp. jinak obvyklé vlastnosti.
- (5) Objednatel je povinen převzít výsledek řádně provedeného servisu v místě plnění a v souladu s touto smlouvou. Objednatel je oprávněn převzetí výsledku činnosti poskytovatele odmítnout

zejména v případě, že tento výsledek bude vykazovat vadu (vady) přístrojového vybavení nebo použitého náhradního dílu, které byly předmětem servisní činnosti.

Čl. 12 Sankce

- (1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
- (2) V případě, že poskytovatel nedodrží termíny uvedené v článku 4 odst. 8 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý pracovní den takového prodlení.
- (3) V případě porušení povinnosti provádět bezpečnostně technické kontroly, opravy a instruktáž pouze vyškolenými pracovníky dle ZZP, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (4) Pro případ porušení povinnosti použít při provádění servisu přístrojového vybavení pouze nové náhradní díly doporučené pro tyto účely výrobcem, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti použít výhradně výrobcem doporučené náhradní díly nebo porušení povinnosti použít výhradně nové výrobcem doporučené náhradní díly.
- (5) Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 5 odst. 3 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (6) Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povinnosti, na něž se vztahuje, do 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (7) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na uhrazenou výši smluvní pokuty. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost poskytovatele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- (8) Objednatel nepřipouští sjednání omezení rozsahu náhrady škody. Jakékoli vyloučení či omezení rozsahu náhrady škody způsobené výrobkem uvedené v dohodě se považuje za nesjednané.
- (9) Objednatel neakceptuje sjednání smluvních pokut ve svůj neprospěch, jakákoli ujednání o smluvních pokutách, které by měl hradit objednatel, se tedy ve smlouvě považují za nesjednané.

Čl. 13 Podmínky doručování

- (1) Veškerá komunikace smluvních stran v záležitostech vyplývajících z této smlouvy bude probíhat následujícími způsoby: prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce této smlouvy, prostřednictvím kontaktních osob prodávajícího, resp. kupujícího uvedených v hlavičce smlouvy, datovou schránkou, e-mailem či osobně v sídlech smluvních stran.
- (2) Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně místa podnikání/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit jí adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní

strany nově sdělená adresa. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno a nastanou účinky doručení dle odst. 3 tohoto článku.

- (3) Pro účely této smlouvy se písemnost odeslaná prostřednictvím držitele poštovní licence považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem od odeslání (tímto ustanovením není dotčen čl. 10 odst. 4 této smlouvy upravující okamžik doručení písemnosti obsahující odstoupení od smlouvy), písemnost odeslaná e-mailem okamžikem potvrzení o jejím doručení adresátovi a písemnost odeslaná datovou schránkou okamžikem dodáním do datové schránky adresáta.

Čl. 14¹

Přílohy

- (1) Příloha č. 1: Doplněná technická specifikace
- (2) Příloha č. 2: Jednotkové ceny pozáručního servisu
- (3) Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
- (4) Příloha č. 4: Doklad osvědčující způsobilost k servisu zdravotnických prostředků (Výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby provádějící distribuci a servis obecných zdravotnických prostředků tvořících předmět VZ či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace této osoby na SÚKL)

V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před přílohami.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti ihned po uplynutí záruční doby dle kupní smlouvy v souvislosti s níž se tato smlouva uzavírá.
- (2) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i se zveřejněním celé této smlouvy. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto smlouvu zasílá k uveřejnění do registru smluv objednatel. Objednatel bude ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro ně ze zákona o registru smluv.
- (3) Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků z této smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem společnosti jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, pověřeného pracovníka, místa dodávky, bankovního spojení apod.), budou oznámeny písemným doporučeným dopisem druhé smluvní straně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
- (4) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění a nahrazuje veškeré předchozí dohody, smlouvy a jiná ujednání učiněná ve vztahu k tomuto předmětu plnění smluvními stranami v minulosti, ať již v písemné, ústní či jiné formě.
- (5) Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat tuto smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem


¹ Účastník příp. připojí jako další přílohu plnou moc, pokud smlouvu za prodávajícího podepisuje osoba na základě plné moci.

na obsah nabídky poskytovatele jako dodavatele, zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- (7) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
- (8) Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené touto smlouvou se vylučuje. Smluvní strany si rovněž potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- (9) Smlouva je vyhotovena v **pěti stejnopisech** stejné právní síly, z nichž objednateli náleží čtyři vyhotovení a poskytovateli náleží jedno vyhotovení.

V Brně dne 1. 7. 2020

Poskytovatel:



MEDIFINE a.s.
Ing. Martin Chládek, člen představenstva

V Náchodě dne 1. 7. 2020

Objednatel:



Oblastní nemocnice Náchod a.s.
RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel

Medifine[®]
akciová společnost
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČ: 27718948, DIČ: CZ27718948

Tabulka plnění minimálních požadavků

Název VZ:		RTG přístroj skiagrafičský plně digitální se stropním závěsem včetně vertigrafu pro Oblastní nemocnici Náchod	
Stavba:		Oblastní nemocnice Náchod ... I. etapa modernizace a dostavby	
Název firmy:		MEDIFINE a.s.	
ICO: 27718948		DIČ: 27718948	
Datum:		04.05.2020	
Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství (ks)
1	TP_0194	RTG přístroj skiagrafičský plně digitální se stropním závěsem včetně vertigrafu	1
Stacionární plně digitální skiagrafičké RTG zařízení se stropním závěsem pro snímkování ležících, sedících a stojících pacientů včetně akvizitní stanice.			
Antikolizní systém – bez nutnosti přítomnosti obsluhy v ovladavně.			
Stropní závěs			
Stropní teleskopický závěs s RTG zářičem s plnou motorizací (horizontální a vertikální).			
Podélný pohyb (v ose stolu) po kolejniči dlouhé přibližně 4,10 m a příčný pohyb (k ose stolu) po kolejniči dlouhé přibližně 3,00 m.			
Vertikální pohyb v rozsahu min. 160 cm.			
Automatická tvorba obrazu dlouhých kostí a páteře (AutoSlitching) pro stůl i vertigrafr.			
Automatické sledování a nastavování vzájemné polohy detektoru a RTG zářiče (AutoTracking) pro stůl i vertigrafr.			
Automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do požadované polohy pro předdefinované typy vyšetření (Autopozice).			
Snímkování i mimo stůl či vertigrafr.			
Stacionární vyšetřovací stůl			
Bucky stůl s integrovaným plochým detektorem, vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 110 nebo 115 cm.			
Motorizovaná úložná deska plovoucí ve 4 směrech, umožňující celotělové vyšetření			
Podélný pohyb stolu min. +/- 45 cm.			
Příčný pohyb stolu min. +/- 10 cm.			
Motorizované nastavení výšky desky min. v rozsahu 55-85 cm.			
Nosnost stolu min. 300 kg (zatížení ve středu stolu).			
Automatické řízení expozice (AEC)			
Vertigrafr			
Motorický výškový posun.			
Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 35 cm.			
Nejdelší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 170 cm.			
Sklonový rozsah min. -20° až +90°			
Držáky pro úchop pacienta.			
Elektromagnetické brzdy.			
Vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 110 cm a 180 cm.			
Automatické řízení expozice (AEC)			
RTG generátor			
Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 65 kW.			
Minimální rozsah kV: 40-150 kV.			
Minimální rozsah mA: 0,5-600 mA			
Minimální rozsah mA: 10-600 mA			
Expoziční čas v rozsahu min. 1 ms až 6 s.			
Automatické a ruční řízení parametrů expozice.			
RTG zářič			
S rotační anodou a dvěma ohnisky o velikosti ohnisků max. 0,6 mm / 1,2 mm.			
Tepečná kapacita anody min. 600 kWh.			


Spĺněn požadavek? ANO/NE	Uprěsněni splněni požadavku
ano	Ysio Max
ano	Stacionární plně digitální skiagrafičké RTG zařízení se stropním závěsem pro snímkování ležících, sedících a stojících pacientů včetně akvizitní stanice.
ano	Antikolizní systém – bez nutnosti přítomnosti obsluhy v ovladavně.
ANO/NE	Uprěsněni splněni požadavku
ano	plně motorizace systému
ano	podélný pojezd 346 cm - kolejniče 4,25 m, příčný pohyb 220 cm , kolejniče 3 m
ano	vertikální pohyb 180 cm
ano	Ortho paket
ano	Autotracking
ano	Autopozice s pojezdem v šesti rovinách současně
ano	snímkování mimo stůl a vertigrafr
ANO/NE	Uprěsněni splněni požadavku
ano	Bucky stůl s integr. detektorem a vyjim. mřížkou s SID 115 cm
ano	motorizovaná úložná deska plovoucí ve 4 směrech, celotělové vyšetření
ano	Podélný pohyb stolu min. +/- 48 cm.
ano	Příčný pohyb stolu min. +/- 14 cm.
ano	Motorizované nastavení výšky desky min. v rozsahu 51,5-95,5 cm.
ano	Nosnost stolu min. 300 kg
ano	Automatické řízení expozice (AEC)
ANO/NE	Uprěsněni splněni požadavku
ano	Motorický výškový posun.
ano	Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy 27 cm.
ano	Nejdelší vzdálenost středu detektoru od podlahy 172 cm.
ano	Sklonový rozsah -20° až +90°
ano	Držáky pro úchop pacienta
ano	Elektromagnetické brzdy.
ano	Vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 180 cm a druhá univerzální 115-180 cm. Viz odpovědi na dotazy na 2D.
ano	Automatické řízení expozice (AEC)
ANO/NE	Uprěsněni splněni požadavku
ano	Vysokofrekvenční generátor o výkonu 65 kW.
ano	Minimální rozsah kV: 40-150 kV.
ano	Minimální rozsah mA: 0,5-800 mA
ano	Minimální rozsah mA: 1-1.000 mA
ano	Expoziční čas v rozsahu 1 ms až 5 s (viz odpověď na dotazy na 2D)
ano	Automatické a ruční řízení parametrů expozice.
ANO/NE	Uprěsněni splněni požadavku
ano	dvě ohniska 0,6 / 1,0 mm
ano	Tepečná kapacita anody 820 kWh

Příloha č. 4: Tabulka plnění minimálních požadavků

Celková tepelná kapacita min. 2000 kWh.	ano	Veliková tepelná kapacita 2530 kWh
Rotace rentgenky min. ± 150° okolo vertikální osy.	ano	Rotace rentgenky -154° / +182° okolo vertikální osy.
Rotace rentgenky min. ± 120° okolo horizontální osy.	ano	Rotace rentgenky ± 137° okolo horizontální osy.
Elektromagnetická aretace pohybu rentgenky	ano	Elektromagnetická aretace pohybu rentgenky
Automatický kolimátor s možností manuálního nastavení.	ano	Automatický kolimátor s možností manuálního nastavení.
Otáčecí kolimátoru ± 45°	ano	Otáčecí kolimátoru ± 45°
Světelný či laserový zaměřovač.	ano	Světelný či laserový zaměřovač.
Integrovaný DAP metr.	ano	Integrovaný DAP metr.
Ovládání		
Ovládání základních funkcí z ovládacího stolu	ano	Ovládání základních funkcí z ovládacího stolu
Digitální displej na držáku rentgenky pro zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, kolimace, SID, zvoleného programového orgánu, zvolené filtrace apod. Úpravu těchto údajů lze provést přímo na displeji.	ano	Digitální displej na držáku rentgenky pro zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, kolimace, SID, zvoleného programového orgánu, zvolené filtrace apod. Úpravu těchto údajů lze provést přímo na displeji.
Možnost uvolnění brzd všech pohybů a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace.	ano	Možnost uvolnění brzd všech pohybů a odblokování všech motorů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace.
Akviziční stanice		
Ovládání akviziční stanice pomocí dotykového LCD monitoru s úhlopříčkou min. 22" nebo pomocí klávesnice a myši s LCD min. 19"	ano	Ovládání akviziční stanice pomocí klávesnice a myši s LCD monitorem 19"
Operační paměť RAM min. 4GB	ano	RAM 8 GB
Interní kapacita pro uložení min. 5000 snímků v plné kvalitě	ano	Interní kapacita pro uložení min. 10.000 snímků v plné kvalitě
CD/DVD mechanika	ano	CD/DVD mechanika
DICOM tiskárna	ano	DICOM tiskárna
Napájecí zdroj UPS	ano	Napájecí zdroj UPS
Uživatelské rozhraní volitelné a nepodléhá ze čtyř světových jazyků.	ano	Uživatelské rozhraní ve čtyřech volitelných světových jazycích
Automatická komunikace s RTG generátorem a třemi detektory	ano	Automatická komunikace s RTG generátorem a třemi detektory
Možnost manuálního zadávání patientských dat a editace patientských dat přijatých z Worklistu.	ano	Možnost manuálního zadávání patientských dat a editace patientských dat přijatých z Worklistu.
Možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, orgánová automatika	ano	Možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, orgánová automatika
Možnost uživatelského přednastavení anatomických programů	ano	Možnost uživatelského přednastavení anatomických programů
Automatická detekce a ořez exponované oblasti s možností ruční úpravy (SW kolimace)	ano	Automatická detekce a ořez exponované oblasti s možností ruční úpravy (SW kolimace)
Studie musí obsahovat: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřičko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční technika (kV, mAs), popisový operátora, ID a jméno pacienta.	ano	Studie musí obsahovat: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřičko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční technika (kV, mAs), popisový operátora, ID a jméno pacienta.
Standardní software pro úpravu obrazu (změna jasu a kontrastu, zoom, inverze snímku, posuv, rotace, výřez, zvýraznění hran, měření úhlu a vzdálenosti, potlačení šumu, anotace – popisky atd.)	ano	Standardní software pro úpravu obrazu (změna jasu a kontrastu, zoom, inverze snímku, posuv, rotace, výřez, zvýraznění hran, měření, anotace, potlačení šumu...)
Pokročilé funkce zpracování obrazu: kontrastně vyvážený obraz v celé ploše, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran atd.	ano	Pokročilé funkce zpracování obrazu: kontrastně vyvážený obraz v celé ploše, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran atd.
Software pro automatickou tvorbu snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatiky posuvu RTG zářiče a detektoru spojením jednotlivých snímků do výsledného obrazu.	ano	Software pro automatickou tvorbu snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatiky posuvu RTG zářiče a detektoru spojením jednotlivých snímků do výsledného obrazu.
Náhled snímku na monitoru maximálně do 5 s.	ano	Náhled snímku na monitoru maximálně do 3,5 s.
Dostupnost plně zpracovaného snímku maximálně do 10 s.	ano	Dostupnost plně zpracovaného snímku maximálně do 6 s.
Rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Query/Retrieve, Print, Dose Report	ano	Rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Query/Retrieve, Print, Dose Report
Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, rychlost min. 1 Gbps.	ano	Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, rychlost min. 1 Gbps.
Automatické odesílání snímků do PACS po expoziční	ano	Automatické odesílání snímků do PACS po expoziční
Záznam expozičních parametrů a jejich odesílání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavě DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů)	ano	Záznam expozičních parametrů a jejich odesílání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavě DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů)
K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“.	ano	K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“.
Další příslušenství		
Dorozumivací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovládací (Interkom).	ano	Dorozumivací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovládací (Interkom)
Stojan pro vyšetření celych končetin a páteře stojícího pacienta.	ano	Stojan pro vyšetření celych končetin a páteře stojícího pacienta.
Externí držák přenosného detektoru pro uchycení ke stolu (horizontální projekce).	ano	Externí držák přenosného detektoru pro uchycení ke stolu (horizontální projekce).
Kotevní prvky, rámy, rozvody od rozvaděče, jističe.	ano	Kotevní prvky, rámy, rozvody od rozvaděče, jističe.
Ploché fixní detektory pro přímou digitalizaci pro snímkování na stole (1 ks) a na vertografu (1 ks)		
Detektory s pevným připojením (bez nutnosti výměny baterií)	ano	Detektory s pevným připojením (bez nutnosti výměny baterií)

Velikost detektoru min. 42x42 cm.	ano	Velikost detektoru 42,3 x 42,5 cm (akt. plocha)
Typ konverzní vrstvy - Csl.	ano	Typ konverzní vrstvy - Csl.
Rozteč pixelu max. 150 µm.	ano	Rozteč pixelu 148 µm.
Hlubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů.	ano	Hlubkové rozlišení při A/D konverzi - 16 bitů.
Rychlý náhled na snímek max. 5 s.	ano	Rychlý náhled na snímek do 3,5 s.
Plně rozlišení snímku max. 10 s.	ano	Plně rozlišení snímku do 6 s.
Expozční automatika (AEC)	ano	Expozční automatika (AEC)
AMQ/NE		
Plachý bezdrátový (přenosný) detektor pro přímou digitalizaci (1 ks)		Uprášení splnění požadavků
Velikost detektoru 35x43 cm nebo větší.	ano	Velikost detektoru 35 x 43 cm
Typ konverzní vrstvy - Csl.	ano	Typ konverzní vrstvy - Csl.
Rozteč pixelu max. 150 µm.	ano	Rozteč pixelu 148 µm.
Hlubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů.	ano	Hlubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů.
Výdrž detektoru min. 140 snímků na nabití baterie	ano	Výdrž detektoru až 1050 snímků na nabití baterie
Rychlý náhled na snímek max. 5 s.	ano	Rychlý náhled na snímek do 2 s.
Plně rozlišení snímku max. 10 s.	ano	Plně rozlišení snímku do 5 s.
Hmotnost detektoru max. 3,5 kg.	ano	Hmotnost detektoru 3,3 kg.
Mechanické zařízení vahou pacienta plošně/bodově min. 150kg/100kg	ano	Mechanické zařízení vahou pacienta plošně/bodově 300kg/100kg
Automatická detekce expozice (AED).	ano	Automatická detekce expozice (AED)
Náhradní baterie pro detektor a dobíjecí stanice.	ano	Náhradní baterie pro detektor a dobíjecí stanice.

V ORDNE DNE 1-7-2020



ING. MARTIN CHLADEK
ČLENI ŽEBŘUVA VENUŤVA

Medifine®
akciová společnost
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČ: 27718948, DIČ: CZ27718948

Příloha č. 2 smlouvy: Jednotkové ceny pozáručního servisu v položkovém členění

Název zdravotnického prostředku nebo laboratorní techniky: RTG přístroj skiagrafický plně digitální se stropním závěsem včetně vertigrafu¹

Model: Ysio Max, výrobce Siemens

Ceny za servisní práce v pozáruční době

Servisní služba	Četnost	Kč bez DPH	hodnota DPH v Kč	Celkem Kč vč. DPH
Roční náklady na pravidelnou bezpečnostní technickou kontrolu za předmět plnění (včetně materiálu a dopravy)	<u>1x za 2 roky</u>	18 500,- (polovina ceny PBTk dle uvedené četnosti)	3 885,-	22 385,-
Cena hodiny servisní práce (sazba za 1 hodinu práce pracovníka) <i>*pokud bude práce fakturována výkonovým ceníkem, bude tento ceník přílohou smlouvy</i>	<i>uvede poskytovatel cenu za hodinu</i>	1 500,-	315,-	1 815,-
Cena za dopravu do sídla objednatele a zpět včetně promeškaného času (cena jedné dopravy od poskytovatele do sídla objednatele a zpět v případě požadovaného servisu nebo pozáruční opravy)	<i>uvede poskytovatel cenu za 1 km.</i>	9,50	2,-	11,50

¹ Použije se tolikrát, kolik je modelů dodávaných zdravotnických prostředků

V BENEŠOVĚ dne 1.7. 2020

ING. MARTIN ČALÁDEK

ČLEN ZASTUPOVATELSTVA
Medifine®
akciová společnost
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČ: 27718948, DIČ: CZ27718948



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210

info@hdi.cz

**Potvrzení
o pojištění odpovědnosti**

Pojistitel:

**HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika,
Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h jednající prostřednictvím**

**HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 620/29
IČ 276 36 062
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 56166**

*Tímto potvrzujeme, že pojistník uzavřel pojistnou smlouvu č. 2.002.997 rozsahu uvedeném
následovně:*

Pojistník

MEDIFINE a.s.
Florianova 440/17, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 277 18 948
IČ 277 18 948

Pojištění:

MEDIFINE a.s.
Florianova 440/17, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 277 18 948
IČ 277 18 948

MEDISPINE s.r.o.
Brno – Královo Pole, Florianova 440/17, PSČ 612 00, IČ 248 12 161

Pojistná smlouva:

2.002.997

Limit pojistného plnění:

Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

Kč 25 000 000
K dispozici dvakrát ročně

*Toto potvrzení je vydáno pouze za účelem poskytnutí informace a na držitele nepřenáší žádná práva.
This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder.
It does not amend extend or alter the coverage afforded by the policy listed below.*

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

Rozsah pojistného krytí

Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
Regres zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na pronajatých
nemovitých hmotných věcech.
Pojištění odpovědnosti za újmu na životním prostředí, v případě
poruchy ochranného zařízení
Pojištění odpovědnosti za škodu za užívané věci a převzaté
Věci zaměstnanců
Čisté finanční škody
Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
Pojištění křížové odpovědnosti

Územní rozsah

Evropa

Doba pojištění:

20.2.2020 – 20.2.2021

V Praze dne 26.02.2020

HDI
Versicherung AG



STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz
Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz

ADRESÁT MEDIFINE a.s.
Martin Chládek

ADRESA
Florianova 440 / 17
Brno - Královo Pole
612 00

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje / e-mail Datum
sukl330849/2018 suks317737/2018 ing. Jarmila Bártová 21. 09. 2018
jarmila.bartova@sukl.cz

POTVRZENÍ SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje tímto splnění ohlašovací povinnosti níže uvedené osoby.

Registrační číslo	027617
IČ	27718948
Název	MEDIFINE a.s.
Sídlo	Florianova 440 / 17, 612 00 Brno - Královo Pole, Česká republika
Kontaktní osoba	

Seznam činností

- osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků
Výrobce: **Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, 910 52 Erlangen, Německo**
Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	certifikát	

Platnost registrace osoby pro výše uvedené činnosti činí pět let ode dne vydání tohoto potvrzení.

MUDr. Darek Foit, MBA
pověřen řízením
Sekce zdravotnických prostředků
Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **112630337-130864-181030112010**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem.

Údaje o elektronickém podpisu č. 1: Číslo kvalifikovaného certifikátu **00ADB718**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016** pro podepisující osobu (označující osobu) **SN= Foit, G= Darek, Státní ústav pro kontrolu léčiv, CZ, MUDr. Darek Foit MBA**.

Údaje o elektronickém podpisu č. 2: Číslo kvalifikovaného certifikátu **00AE5D20**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016** pro podepisující osobu (označující osobu) **OID.2.5.4.97=NTRCZ-00023817, Státní ústav pro kontrolu léčiv, CZ, Státní ústav pro kontrolu léčiv**.

Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.


Platnost časového razítka byla ověřena dne **30.10.2018 11:17:52**. Údaje o časovém razítku: datum a čas **30.10.2018 11:17:52**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00AC17CA**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **"První certifikační autorita, a.s.", I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, CZ**.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
30.10.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina Petřová - Sekce zdravotnických prostředků

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacicdolozky>.



112630337-130864-181030112010

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **601068_004328**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Blanka Nováková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 6**

Česká pošta, s.p. dne **30.10.2019**



123541122-246381-191030115940



STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz
PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz

ADRESÁT **ADRESA**
Siemens Healthcare, s.r.o. Siemensova 2715/1
Ing. Ivan Kazda Praha
155 00

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje / e-mail Datum
sukl63464/2016 sukls63448/2016 Mgr. Soňa Ždimerová 06.03.2016
sona.zdimerova@sukl.cz

POTVRZENÍ OHLÁŠENÍ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje tímto ohlášení prodloužení registrace níže uvedené osoby.

Registrační číslo	000764
IČ	04179960
Název	Siemens Healthcare, s.r.o.
Sídlo	Siemensova 2715/1, 15500 Praha, Česká republika
Kontaktní osoba	

Seznam činností

- distributor obecných zdravotnických prostředků
 - Zdravotnické prostředky:
 - 00049381, Biograph mMR
 - 00049306, Luminos dRF Max
 - 00075539, Luminos Agile Max
 - 00072389, Symbia
 - distributor diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
 - Zdravotnické prostředky:
 - 00071255, VERSANT CT/GC DNA 1.0
 - 00071220, VERSANT HIV-1 RNA 1.0
 - 00071239, VERSANT HCV RNA 1.0
 - 00071247, VERSANT HBV DNA 1.0
 - osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků
- Výrobce: **Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 DE-80333 Muenchen Německo**
- Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Kopie dokladu o školení odborné údržby	Certifikáty techniků	

Výrobce: Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, 91052 Erlangen, Německo

Přílohy:

Typ přílohy	Název souboru	Popis
Další - specifikujte	Autorizace s překladem	autorizace s překladem

Platnost registrace osoby pro výše uvedené činnosti činí pět let ode dne vydání tohoto potvrzení.

Ing. Jakub Filip
vedoucí Oddělení registrace a notifikace

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **101598988-130864-171024095422**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem. Číslo kvalifikovaného certifikátu **00A88795**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009** pro podepisující osobu (označující osobu) **Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ing. Jakub Filip, CZ**.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

24.10.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Martina Petírová - Sekce zdravotnických prostředků

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



101598988-130864-
171024095422

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **112718394-40481-181101102336**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **suchá pečeť**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **BLANKA NECHUTOVÁ**

Vystavil: **Dvořáková Václava - notářka**
Pracoviště: **JUDr. Dvořáková Václava - notářka**
V Praze dne **01.11.2018**



112718394-40481-181101102336