



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče II.”

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 23.7.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„Zadavatel ve specifikaci minimálních požadavků požaduje: „Regulace průměru světelného pole vzdálenosti 1m min. 180 mm až 250.

Bude zadavatel akceptovat průměr světelného pole 150 mm – 210 mm?“

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat průměr světelného pole 150 mm – 210 mm.

Dotaz č. 2

„Zadavatel ve specifikaci minimálních požadavků požaduje: „Intenzita osvětlení nastavitelná v rozmezí min. 30-100 %.

Bude zadavatel akceptovat regulaci intenzity osvětlení v rozsahu 50 – 100 %?“



Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat regulaci intenzity osvětlení v rozsahu 50 – 100%.

Dotaz č. 3

„Zadavatel ve specifikaci minimálních požadavků požaduje: „Pracovní rozsah osvětlení min. 900 – 1500 mm.“

Bude zadavatel akceptovat pracovní rozsah osvětlení 700-1400 mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat pracovní rozsah osvětlení 700-1400 mm.

V Praze dne 31. 7. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník