



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 23.7.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„Zadavatel požaduje u obou poptávaných stolů (pro chirurgickou a traumatologickou operativu) možnost aretace stolu spuštěním základny na podlahu.

Může uchazeč nabídnout operační stůl, který zajistí aretaci pomocí aretačních kolíků spuštěných na podlahu? Medicínský účel operačního stolu a jeho bezpečnost je naprosto zachován, aretační kolíky jsou schopny dorovnat drobné nerovnosti podlahy tak, aby byl stůl vždy ve vodorovné poloze.“

Odpověď:

Zadavatel volil takový technický popis, který jednoznačně stanoví jeho požadavek na zajištění maximální stability operačního stolu při chirurgických a traumatologických výkonech. Vzhledem k tomu, že dochází k výraznému nárůstu obézních pacientů, je takový požadavek naprosto opodstatněný a to nejen z hlediska bezpečné operativy, ale také z hlediska zajištění maximální bezpečnosti pacienta.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel bude tedy akceptovat takové obdobné technické řešení, tj. „operační stůl, který zajistí aretaci pomocí aretačních kolíků spuštěných na podlahu. Medicínský účel operačního stolu a jeho bezpečnost je naprosto zachován, aretační kolíky jsou schopny dorovnat drobné nerovnosti podlahy tak, aby byl stůl vždy ve vodorovné poloze.“, avšak za podmínky, že operační stůl bude skutečně stabilní a s dostatečnou nosností ve všech polohách a polohách v zatížení.

V Praze dne 31. 7. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník