



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče II.“ – část 5 Vyšetřovací stolní lampa (dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“) v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 29.7.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„Zadavatel uvádí v příloze Příloha č. 2_5 ZD Vyšetřovací lampa stropní, základní parametry, Pracovní rozsah osvětlení min. 900 – 1500 mm.

- Námi nabízené řešení vyšetřovací lampy má pracovní rozsah osvětlení 700 až 1400 mm. Uvedený pracovní rozsah osvětlení plní požadovaný medicínský účel stropní vyšetřovací lampy. Tento pracovní rozsah je standardní a na českém trhu toto řešení nabízí renomované firmy. Navíc tento pracovní rozsah osvětlení převyšuje o 100 mm rozsah požadovaný zadavatelem. Bude zadavatel akceptovat řešení s pracovním rozsahem osvětlení 700 až 1400 mm?“

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat řešení s pracovním rozsahem osvětlení 700 až 1400 mm.

V Praze dne 31. 7. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník