



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče II.” – část 5 Vyšetřovací stolní lampa

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 30.7.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„Zadavatel uvádí v příloze Příloha č. 2_5 ZD Vyšetřovací lampa stropní, základní parametry, Krycí sklo odolné proti poškrábání.

Námi nabízené řešení má místo krycího skla krycí plast. Jedná se o polykarbonát, který je vysoce odolný proti poškrábání. Dnes se v optice standardně používají plastové materiály a plastové čočky, které mají minimálně stejné parametry jako sklo. Polykarbonát převyšuje sklo v menší váze a bezpečnosti při případné havárii vyšetřovacího svítidla. Ptáme se, zda-li zadavatel bude akceptovat jako krycí materiál svítidla polykarbonát?“

Odpověď:

Zadavatel akceptuje krycí plast vysoce odolný proti poškrábání s doložením odolnosti proti běžně používaným dezinfekčním prostředkům v nemocničním prostředí. Nesmí docházet ke snižování průhlednosti krytu v čase při používání dezinfekce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 4. 8. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník