



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 31.7.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„Automatické přerušení vyhřívání při překročení zadané teploty či poruše systému.“

Různí výrobci mají různou konstrukci, a proto i odlišné parametry, které však vedou ke stejnému medicínskému účelu a použití. Vzhledem k měnícím se podmínkám a teplotám v místnosti není vždy praktické vyhřívání při jakémkoliv překročení zadané teploty, proto výrobci kalkulují s proměnlivostí podmínek a neintegrují do svých zařízení přerušování teploty při překročení zadané teploty, nicméně zohledňují bezpečnost jinými způsoby.

Může tazatel nabídnout systém ohřívání, který disponuje následujícími alarmy:

- 1) alarm výpadku napájení
- 2) alarm přehřátí

Pokud aktuální teplota topného zařízení přesáhne 41 °C, tepelný jistič se automaticky rozpojí, aby byl ochráněn přístroj i pacient. Ke zrušení alarmu je potřeba určitý čas, který zařízení potřebuje k vychladnutí.



3) *alarm kolísání teploty*

Po dosažení cílové teploty je teplota udržována na této hodnotě. Pokud z nějakých důvodů překročí rozdíl mezi teplotou topení a zařízení a cílovou teplotou +/- 1 °C, objeví se alarm indikující, že teplota je nestabilní.

4) *alarm poruchy systému*

5) *alarm selhání senzoru*

6) *rozpojení tepelného jističe*

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaném parametru "Automatické přerušení vyhřívání při překročení zadané teploty či poruše systému". Důvodem je zajištění maximální bezpečnosti pacienta při používání systému.

Dotaz č.2:

- 1 ks ohřívací přikrývka multifunkční (2 panely 50x90 cm)

Různí výrobci mají různou konstrukci, a proto i odlišné parametry, které však vedou ke stejnému medicínskému účelu a použití. Tazatelem nabízený ohřívací systém disponuje přikrývkou o rozměrech 100x70 cm. Tazatelem nabízené přikrývky/podložky lze také kombinovat.

Může tazatel nabídnout ohřívací přikrývku o rozměrech 100x70cm?

- 1 ks ohřívací přikrývka multifunkční (2 panely 50x90 cm)

Míní zadavatel dva kusy přikrývky nebo jeden kus přikrývky skládající se ze dvou panelů o rozměrech 50x90cm?

Odpověď:

(dotaz: Míní zadavatel dva kusy přikrývky, nebo jeden kus přikrývky, skládající se ze dvou panelů o rozměrech 50x90 cm?)

Zadavatel požaduje jeden kus přikrývky skládající se ze dvou panelů o rozměrech 50x90 cm. Zadavatel upozorňuje, že u technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10%, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

(dotaz: Může tazatel nabídnout ohřívací přikrývku o rozměrech 100x70cm?)

Zadavatel trvá na svém požadavku "1ks ohřívací přikrývka multifunkční (2 panely 50x90 cm)". Zadavatel upozorňuje, že u technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10%, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

V Praze dne 5.8.2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník