



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči – zdravotnické přístroje a vybavení II.” – část 3 Operační stoly

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 4.8.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dotaz pro část 2_3ZD – operační stůl systémový pro všeobecnou chirurgii, traumatologii a gynekologii.

Zadavatel ve své specifikaci pro systémový operační stůl nemocnice Broumov požaduje polohování zádové sekce min.v rozsahu+ 70/-60°

Může uchazeč nabídnout operační stůl s deskou, jehož zádová sekce dovoluje polohování v rozsahu +90/-55°? Uchazeč považuje právě možnost polohy v úhlu +90° u zádového dílu jako medicínskou výhodu pro uživatele.

Odpověď:

Zadavatel upozorňuje na to, že v rámci Přílohy č. 2_3 ZD_Technické podmínky 4 ks operačních stolů požaduje:

- 1 ks mobilní operační stůl na chirurgický sál nemocnice Broumov
- 1 ks operační stůl systémový pro všeobecnou chirurgii
- 1 ks operační stůl systémový pro traumatologii
- 1 ks operační stůl systémový pro gynekologii



Z výše uvedeného tedy vyplývá, že u operačního stolu, který bude pořizován do nemocnice Broumov (1 ks) se dle Přílohy č. 2_3 ZD nejedná o systémový operační stůl, **ale jde o mobilní operační stůl** a minimální technický požadavek zadavatele na **rozsah polohování zádové sekce je u tohoto operačního stolu min. +70/-40°**.

Odpověď zadavatele k mobilnímu operačnímu stolu na chirurgický sál nemocnice Broumov je, že zadavatel bude akceptovat rozsah polohování zádové sekce +90/-55°.

Zadavatel se dále vyjádřil k tomuto parametru u 3 ks operačních stolů systémových (pro chirurgii, traumatologii a gynekologii) a to ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, uveřejněné dne 29. 7. 2020 na profilu zadavatele, konkrétně v odpovědi na dotaz č. 2.

V Praze dne 6.8.2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník