



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné – ultrazvuky.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jta.cz

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 11. 8. 2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„UZ přístroj pro využití v gastroenterologii a kardiologii – 1 ks
Zadavatel uvádí požadavek na možnost připojení endosonografickým přístrojům – lineárnímu a radiálnímu ultrazvukovému endoskopu. Mohl by zadavatel blíže specifikovat typ endoskopu, se kterým má být nabízený UZ přístroj kompatibilní?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje kompatibilitu s ultrazvukovými endoskopy výrobce Olympus – radiální a lineární (vyjma terapeutického lineárního).

Dotaz č. 2:

„UZ přístroj pro využití v gastroenterologii a kardiologii – 1 ks



Zadavatel uvádí požadavek na možnost připojení k endosonografickým přístrojům – lineárnímu a radiálnímu ultrazvukovému endoskopu. Jelikož je tento požadavek značně limitující pro většinu světových výrobců, bude zadavatel akceptovat přístroj bez této možnosti?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na daném požadavku možnosti připojení k endosonografickým přístrojům – lineárnímu a radiálnímu ultrazvukovému endoskopu.

Dotaz č. 3:

„UZ přístroj pro fast screening s dopl. modulem k vyšetření cév – 1 ks“

Zadavatel uvádí následující požadavek: provoz na baterii integrovanou přímo v přístroji po dobu min. 120 min. Bude akceptovat řešení ve formě vozíkové baterie umožňující provoz cca 4h v kombinaci s interní baterií, která umožní provozovat přístroj 30 min?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na požadavku jedné integrované baterie z důvodu ekonomiky provozu přístroje.

Dotaz č. 4:

„UZ přístroj pro fast screening s dopl. modulem k vyšetření cév – 1 ks“

Zadavatel uvádí následující požadavek: Rychlý start systému ze stand-by režimu při bateriovém i síťovém provozu – přibližně 5 sec. Požadovaný čas je značně limitující, bude zadavatel akceptovat přístroj se startem do 20s? Z klinického hlediska časový rozdíl vzhledem době následného vyšetření nemá význam.

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj se startem do 20s.

Dotaz č. 5:

„UZ přístroj pro fast screening s dopl. modulem k vyšetření cév – 1 ks“

Zadavatel uvádí následující požadavek: Integrovaný přednastavený protokol pro urgentní medicínu FAST/e-FAST, záznam do přehledné zprávy. Bude zadavatel akceptovat řešení ve formě instruktážního protokolu, jak správně provádět FAST vyšetření přímo na monitoru UZ přístroje?“

Odpověď na dotaz č. 5:

Ne, zadavatel trvá na požadavku „Integrovaný přednastavený protokol pro urgentní medicínu FAST/e-FAST, záznam do přehledné zprávy“. Integrovaný standardizovaný FAST/e-FAST protokol má své opodstatnění v rychlosti zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu.

V Praze dne 14. 8. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník