



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče IV.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 11. 8. 2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Zadavatel ve své technické specifikaci u Monitoru pracovního požaduje uhlopříčku min. 31“ a 4K rozlišení obrazu minimálně 4096x2160.

Bude zadavatel akceptovat monitor s uhlopříčkou 32“ s 4K rozlišením 3840x2160, kdy tento parametr rozlišení je závislý na poměru stran monitoru a nemá vliv na kvalitu obrazu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat „medicínský barevný monitor s rozlišením 4K UHD s rozlišením min. 3840 x 2160“ s „úhlopříčkou min. 31“ “.



Dotaz č. 2

„Zadavatel dále ve své technické specifikaci u UHD 4K kamerové jednotky požaduje ovládání pomocí dotykového displeje na čelním panelu jednotky a pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy.

Bude zadavatel akceptovat technicky obdobné řešení ovládání pomocí klávesnice s touchpadem, která bude součástí dodávky a tlačítek kamerové hlavy? Toto řešení plně odpovídá klinickým požadavkům na ovládání kamerové jednotky, jak v nesterilní části přes klávesnici s touchpadem, tak i ve sterilní části přes tlačítka kamerové hlavy.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení a upravuje požadavek: „ovládání pomocí dotykového displeje na čelním panelu jednotky nebo pomocí klávesnice s touchpadem (bude v rámci dodávky) a pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy.“

V Praze dne 14. 8. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník