

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zahájené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístroje pro cílenou radiofrekvenční terapii“
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Sídlo:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	26001551
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Tomáš Sláma, MSc., statutární ředitel
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

V zastoupení zadavatele Oblastní nemocnice Jičín a.s., v souladu s Výzvou k podání nabídek a v souladu s § 98 ZZVZ Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal na profil zadavatele dne 27.8.2020.

1. Dotazy od účastníka

DOTAZ 1:

Dobrý den,

v rámci Přílohy č.2 zadávací dokumentace - technické podmínky k veřejné zakázce "Přístroje pro cílenou radiofrekvenční terapii", Z2020-029331 zadavatel požaduje "Možnost volby z min. 5 přednastavených frekvencí v rozsahu min. 400 - 1000 kHz pro dosažení různých aplikačních hloubek terapie, přičemž nejvyšší dosažitelná frekvence musí být min. 1000 kHz (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 7,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.)".

Bude zadavatele akceptovat požadovaných min.5 přednastavených frekvencí, avšak v rozsahu min. 300 kHz - min.1000 kHz na místo původního omezení rozsahu na min. 400 - min.1000 kHz?

Vzhledem k terapeutickému významu zvolené frekvence v rámci radiofrekvenční terapie v rehabilitaci, je vhodné požadovat možnost volby frekvencí i v rámci nižšího spektra frekvencí, které jsou určeny k zacílení na hlubší vrstvy tkáně, jelikož cílení na hlubší vrstvy tkáně je obtížnější oproti cílení na povrchové tkáně.

Prosíme tedy o rozšíření rozsahu v rámci požadovaných min. 5 frekvencí v původním rozsahu min.400 kHz - min.1000 kHz na min. 5 frekvencí v rozsahu min. 300 kHz až 1000 kHz, což rozšíří terapeutické možnosti a zároveň žádného účastníka veřejné zakázky nijak neomezují.

Předem děkujeme.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Údaj o frekvenčním rozsahu v rozmezí min. 400 - 1000 kHz je myšlen tak, že frekvence, kterými přístroj musí disponovat, se musí nacházet ve frekvenčním okně, které má rozsah alespoň 400 - 1000 kHz. Jinými slovy: spodní frekvence musí být alespoň 400 kHz, ale může být i nižší, a horní frekvence musí být alespoň 1000 kHz, ale může být i vyšší.

Dotaz uchazeče je tak pouze o správném pochopení zadání a pokud jím nabízený systém disponuje frekvencemi již od 300 kHz výše, není to v rozporu se zadávací dokumentací.

ZÁVĚR:

Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Hradci Králové, dne 27.8.2020

.....
Mgr. Pavel Štěpán
oprávněná osoba zástupce zadavatele