



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči – zdravotnické přístroje a vybavení II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 24. 8. 2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

„V Příloze č. 2_3 ZD Technické podmínky je pro Mobilní operační stůl na chirurgický sál nemocnice Broumov požadováno:

Dotaz č. 1:

- stabilní konstrukce, čtyři velká kola pro snadný pohyb o průměru min. 150 mm, centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru.

Bude zadavatel akceptovat základu se čtyřmi velkými koly o průměru 150 mm s centrální brzdou, bez možnosti aretace jednoho kola pro udržení přímého směru?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Jde o standardní požadavek pro snadnou manipulaci s operačním stolem.



Dotaz č. 2:

- základna včetně podvozku z nerezů, podvozek v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu (pro komfortní přístup operátora k pacientovi)

Bude zadavatel akceptovat podvozek v místě napojení k základně širší než základna stolu v případě, že je provedením konstrukce stolu zachován komfortní přístup operátora k pacientovi?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje podvozek v místě napojení k základně širší než základna stolu v případě, že je provedením konstrukce stolu zachován komfortní přístup operátora k pacientovi.

Dotaz č. 3:

- elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače

Bude zadavatel akceptovat bezdrátový dálkový ovladač s technologií Bluetooth? Tato technologie umožňuje ovládání stolu z kteréhokoli směru nezávisle na způsobu zakrytí pacienta pomocí roušek.“

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat bezdrátový dálkový ovladač s technologií Bluetooth.

„V Příloze č. 2_3 ZD Technické podmínky je pro Operační stůl systémový pro všeobecnou chirurgii, Operační stůl systémový pro traumatologii a Operační stůl systémový pro gynekologii požadováno:

Dotaz č. 4:

- elektromechanický systémový operační stůl s výměnnými deskami. Stůl musí být vybaven veškerým potřebným příslušenstvím, včetně mobilní základny (nohy), dálkového ovládání a dobíječe pro celý systém, výměnné univerzální segmentované desky s motoricky ovládanými pohyby

Bude zadavatel akceptovat Elektrohydraulický modulový operační stůl s výměnnými moduly operační desky? Prostřední sekce operační desky v tomto případě zůstává stále spojena se základnou stolu, k této sekci je možné z nožní i hlavové strany přidávat jednotlivé sekce. Stůl je vybaven antikolizním systémem a je schopen rozeznat jednotlivé sekce i jejich orientaci (hlavová, nožní část).

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení. Zadavatel požaduje systémový operační stůl s odnímatelnou operační deskou.



Dotaz č. 5:

- *výškové nastavení operační desky v rozsahu min. 620 až 1165 mm*

Bude zadavatel akceptovat zdvih operační desky stolu v rozsahu 680 – 1080 mm?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na svém požadavku s tím, že bude akceptovat nejvyšší polohu stolu v minimální výšce 1150 mm viz. dotaz č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 29. 7. 2020. Vzhledem k tomu, že využití operačních stolů je primárně určeno pro traumatologii, je parametr výšky stolu zásadní pro operační výkony.

Dotaz č. 6:

- *elektrické polohování*

Bude zadavatel akceptovat elektrohydraulické polohování?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na dodání elektromechanického systémového operačního stolu s výměnnými deskami.

Dotaz č. 7:

- *polohování zádové sekce min. +70°/-60°*

Bude zadavatel akceptovat polohování zádové sekce +80°/-40°?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat polohování zádové sekce +80°/-40°.

Dotaz č. 8:

- *oboustranné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy*

Bude zadavatel akceptovat stůl s centrální pevnou sekcí a s možností montáže dodatečných sekcí s automatickým rozpoznáním pozice hlavy?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na dodání elektromechanického systémového operačního stolu s výměnnými deskami.

Dotaz č. 9:

- *Trendelenburg/antitrendelenburg min. 45°/-45°*

Bude zadavatel akceptovat parametr Trendelenburg/antitrendelenburg 40°/-40°?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat parametr Trendelenburg/antitrendelenburg 40°/-40°.



Dotaz č. 10:

- *elektricky ovládané pohyby základní chirurgické desky:
nožní sekce min. 90°/-90°*

Bude zadavatel akceptovat možnost elektrického ovládání nožní sekce v rozmezí +25°/-90°, úhel +90° je možné získat ruční změnou polohy nožní sekce podporovanou pomocí plynových pružin.

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na elektrickém polohování sekce v požadovaném rozsahu.

Dotaz č. 11:

- *Laterální zarážka velká min. 215 x 100 mm, stavitelná výškově i stranově – 2 ks*

Bude zadavatel akceptovat laterální zarážku o rozměrech 200 x 100 mm, stavitelnou výškově i stranově?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje laterální zarážku o rozměrech 200 x 100 mm.

V Praze dne 27. 8. 2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník