

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 6 ZE DNE 1. 9. 2020

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlem: M. Gorkého 77, Kryblice, 541 21 Trutnov
Zastoupený: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel
IČO: 260 00 237

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a dodávka diagnostik pro pracoviště Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

dotaz č. 1:

V příloze č. 7 ZD – cenová nabídka je požadována kalkulace vyšetření punktátu na hematologickém analyzátoru pro 30 vzorků ročně. V příloze č. 2 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky není požadován profil vyšetření tělních tekutin ani měřicí mód pro tyto vzorky.

Bude zadavatel dodatečně vyžadovat profil vyšetření tělních tekutin či měřicí mód pro tělní tekutiny?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.1:

Zadavatel nebude dodatečně vyžadovat měřicí mód pro tělní tekutiny.

dotaz č. 2:

Je požadována schopnost vyšetření vzorků při kontrole kvality transfuzních přípravků (vzorky plazmy, trombocytů a erytrocytárních koncentrátů) na 3 desetinná místa v nízkých koncentracích pro LeuKo. Technicky je tento požadavek v rozporu s účelem použití hematologického analyzátoru. Neb na českém trhu není analyzátor určený k použití na transfuzní přípravky. S ohledem na typ smlouvy, tj. výpůjčka, kdy zařízení zůstává v majetku dodavatele, je uživatel povinen dodržovat účel použití přístrojů. Pokud správné fungování přístroje selže buď následkem toho, že uživatel obsluhuje přístroj jinak, než je specifikováno v příručce, nebo použitím programu jinak, než je specifikováno výrobcem, na produkt se nevztahuje záruka. Bude zadavatel trvat na požadavku vyšetření transfuzních přípravků i přes rozpor v účelu využití analyzátoru a rizika ztráty záruky, resp. možných poruch přístroje, na které se nevztahuje servis zdarma po dobu výpůjčky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.2:

Ano, zadavatel trvá na požadavku vyšetření vzorků ke kontrole kvality transfuzních přípravků.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nemění podmínky zadávací dokumentace, nemění se termín předložení nabídek.

S pozdravem

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel
v zastoupení Ing. Petr Kozák, prokurista
Maxima Gorkého 77
541 01 Trutnov

V Trutnově dne 1. 9. 2020