



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení ONN pro návaznou péči – zdravotnické přístroje a zařízení I.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: **J&T advokátní kancelář s.r.o.**
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: **Bc. Michaela Kapustová**, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 3.9.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Požaduje zadavatel analýzu Dawes Redman do všech KTG, tj. do antepartální i intrapartálních? Děkuji za odpověď?“

Odpověď:

Ano, zadavatel i nadále trvá na svém požadavku a v rámci technické specifikace u základních parametrů, jež jsou platné jak pro antepartální, tak pro intrapartální KTG, požaduje „**Analýzy a interpretace KTG záznamů dle kritérií Dawes/Redman, včetně analýzy variability KTG křivky v přístroji, nikoli v externím zařízení**“.

V Praze dne 8.9.2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník