



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

na veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče II.“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, statutárním ředitelem

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
IČ 04996305
Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,
JUDr. Jan Salmon, advokát a společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic,
nákupu a grantových projektů
tel. + 420 727 986 414
e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 8.9.2020 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

“Zadavatel ve vysvětlení č.4 upravil parametry na nastavení výšky stolu na rozmezí 600 - 1050 mm, ale technická specifikace - příloha 2_6 ZD REVIZE je zveřejněna s parametry 600 - 1150mm.

Prosíme zveřejnění opravené přílohy 2_6 ZD dle aktuálních vysvětlení.”

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 upravil přílohu č. 2_6 zadávací dokumentace, nicméně z důvodu písařské chyby v této příloze uveřejnil chybný požadavek na nastavení výšky stolu v rozmezí min. 600 – 1150 mm. Zadavatel následně musí zohlednit i žádost o vysvětlení č. 9, ve které účastník zadávacího řízení vznesl dotaz k těmto požadavkům.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na základě těchto žádostí tedy zadavatel uvádí, že požadavek na nastavení výšky stolu je v rozmezí min. **600 - 1050 mm**, a to u obou požadovaných stolů, tzn. u mobilního operačního stolu pro traumatologii a i u mobilního operačního stolu pro chirurgickou operativu.

Zadavatel zároveň uveřejňuje upravenou verzi přílohy č. 2_6 ZD Operační stoly_REVIZE_1, ve které parametr dle výše uvedeného upravil.

V Praze dne 11.9.2020

J&T advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník