

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 16. 9. 2020

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlem: M. Gorkého 77, Kryblice, 541 21 Trutnov
Zastoupený: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel
IČO: 260 00 237

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. – přístrojové vybavení pro funkční vyšetření plic

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

V příloze č. 6 (Technické požadavky str. 1) Zadavatel požaduje transportní plyn pro měření difúzní kapacity plic: metan.

Bude zadavatel akceptovat transportní plyn Helium? Tento plyn je naprosto inertní a použití transportního plynu nemá žádný vliv na hodnoty měření.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.1:

Zadavatel navrženou alternativu neakceptuje. Trvá na transportním plynu CH₄.

Dotaz č. 2:

V příloze 6 (Technické požadavky str. 1) Zadavatel požaduje výškově nastavitelnou židli a stativ se snímačem, a to i z vnějšku při zavřené kabině.

Nabízíme bodykabinu s pevnou lavicí bez potenciálně nebezpečných pohyblivých částí, naprosto bezpečnou pro pacienty s nosností až 160 kg. Stativ se snímačem si pacient nastavuje uvnitř kabiny podle svých potřeb ve všech směrech. Pro testy, které nemusí probíhat v kabině, lze snímač se stativem vytáhnout i mimo kabinu.

Bude zadavatel toto řešení akceptovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.2:

Zadavatel nebude navržené řešení akceptovat. Trvá na znění zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nemění podmínky zadávací dokumentace, nemění se ani termín předložení nabídek.

S pozdravem

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel
v zastoupení Ing. Petr Kozák, prokurista
Maxima Gorkého 77
541 01 Trutnov

V Trutnově dne 16. 9. 2020