

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

Zakázka: Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrovič, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	260 00 202
DIČ	CZ699004900
Jednající	RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Žádáme o poskytnutí vysvětlení Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod.**

- 1) Zadavatel požaduje u standardních elektricky stavitelných lůžek pro pacienty (pol č. 1) mj. „jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), celoplastový kryt podvozku“, přičemž u všech ostatních lůžek (i vyšší kategorie) požadavek na „celoplastový kryt podvozku“ uveden nemá (případně uveden má pouze jako jedno z možných řešení). Uchazeč nabízí modernější lůžka, která mají konstrukci, kde motory lůžka **již nejsou** umístěny na podvozku lůžka, a všechny rizikové části (jako je uložení koleček, otvory v konstrukci, apod.) jsou již v základní výbavě standardně chráněny kompaktními plastovými kryty, a tato lůžka tedy samozřejmě splňují i požadavek na snadné čištění a údržbu. Je nabízené řešení pro zadavatele akceptovatelné? Zdůvodnění dotazu: Příslušenství dříve obvyklé na starších modelech lůžek (kryt po celém podvozku lůžka - pro zakrytí motorů, související elektroniky a dalších částí) již na těchto modernějších lůžkách neexistuje, protože k němu neexistuje klinický ani technický důvod (konstrukčně na takovém podvozku ani není možné). Celoplošným krytem podvozku těchto lůžek by naopak neúčelně vznikala plocha přibližně 2 m², kterou by bylo nutno pravidelně čistit, dezinfikovat, atd.

Ano, nabízené řešení bude zadavatel akceptovat i u položky č. 1 (standardní lůžko).

- 2) Zadavatel požaduje u matrací standardních elektricky stavitelných lůžek pro pacienty (pol č. 1) mj. „Zpevněné vyztužené okraje tužší pěnou“, přičemž u všech ostatních matrací lůžek (i vyšší kategorie) tento požadavek uveden nemá. Uchazeč nabízí matrace, které mají okraje jádra matrace vyztuženy jiným způsobem (konkrétně větším profilem požadovaného prořezu, apod.), přičemž všechny ostatní požadované parametry beze zbytku splňují. Je nabízené řešení pro zadavatele akceptovatelné? Zdůvodnění dotazu: Nabízené řešení obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu.

Ano, nabízené řešení bude u položky č. 1 (standardní lůžko) zadavatel akceptovat.

- 3) Zadavatel požaduje u standardních elektricky stavitelných lůžek pro pacienty, vyšší nosnost (pol č. 2) mj. „výškově stavitelné lůžko elektricky, vzdálenost ložné plochy od podlahy v rozsahu minimálně 40 - 80cm pro bezpečnou mobilizaci a péči o pacienta a práci personálu“, přičemž u všech ostatních lůžek (i vyšší kategorie) má požadovaný rozsah nižší. Uchazeč nabízí lůžka, která mají rozsah zdvihu konkrétně 39,5 – 76cm, přičemž všechny ostatní požadované parametry beze zbytku splňují. Je nabízené řešení pro zadavatele akceptovatelné? Zdůvodnění dotazu: Nabízené rozsah zdvihu obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu.

Ano, zadavatel bude akceptovat, u položky č. 2 (standardní lůžko, vyšší nosnost), rozsah výškového nastavení 40-75 cm.

- 4) Zadavatel u některých lůžek (konkrétně pouze u pol č. 2, 3 a 4) kromě požadavku na minimální bezpečnou provozní zátěž uvádí i „maximální hmotnost pacienta min.“ Uchazeč nabízí lůžka, která beze zbytku splňují požadavek na minimální bezpečnou provozní zátěž 250kg, tj. nejvyšší přípustné zatížení na lůžko, které dohromady v daný okamžik vytvoří hmotnost pacienta, hmotnost matrace a příslušenství. Je nabízené řešení pro zadavatele akceptovatelné? Zdůvodnění dotazu: Nabízená bezpečná provozní zátěž obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu. Maximální hmotnost pacienta nelze jednoznačně stanovit, neboť je mj. závislá na hmotnosti matrace a příslušenství (je dána rozdílem bezpečné provozní zátěže a hmotnosti matrace a příslušenství na lůžku v dané chvíli). Pozn. příslušné normy doporučují pro stanovení maximální váhy pacienta odečíst od bezpečné provozní zátěže 35kg resp. 65kg podle tzv. aplikačního prostředí, ve kterém lůžko bude provozováno.

Zadavatel vysvětluje stanovení parametrů (hmotnost pacienta) následovně:

U položky č. 2 (standardní lůžko, vyšší nosnost) zadavatel požaduje minimální bezpečnou provozní zátěž 250 kg, kde dle aplikačního prostředí je odečteno 35 kg a hmotnost pacienta je tak stanovena na 215 kg.

U položky č. 3 (lůžko pro intenzivní péči) zadavatel požaduje minimální bezpečnou provozní zátěž 250 kg, kde dle aplikačního prostředí je odečteno 65 kg a hmotnost pacienta je tak stanovena na 185 kg.

U položky č. 4 (resuscitační lůžko) zadavatel požaduje minimální bezpečnou provozní zátěž 250 kg. Hmotnost pacienta je stanovena dle aplikačního prostředí ARO.

Zadavatel bude akceptovat, u položek č. 2, 3 a 4, lůžka s bezpečnou provozní zátěží 250 kg.

- 5) Zadavatel požaduje u matrací lůžek el. polohovatelných pro intenzivní péči (pol č. 3) mj. „Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na 95°C“, přičemž u všech ostatních matrací lůžek (i vyšší kategorie)

požaduje potah „pratelný na 70°C“. Uchazeč nabízí matrace, které mají všechny potahy standardně pratelné do 75°C, přičemž všechny ostatní požadované parametry beze zbytku splňují. Je nabízené řešení pro zadavatele akceptovatelné? Zdůvodnění dotazu: Nabízené řešení obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu, neboť při teplotách přesahujících 70°C po dobu 5-10minut dochází ke zcela bezpečné dekontaminaci potahu, přičemž při teplotách vyšších se pak významně zkracuje životnost potahu.

Ano, zadavatel bude akceptovat, u položky č. 3 (lůžko pro intenzivní péči), potah pratelný na 70°C.

6) Zadavatel požaduje u standardních elektricky stavitelných lůžek pro pacienty, vyšší nosnost (pol č. 2) v rámci seznamu „Příslušenství ke každému lůžku:“ mj. 4 ks infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost výměn stran)“. Skutečně zadavatel požaduje 4ks infuzních stojanů ke každému ze 4ks lůžek (tj. celkem 16ks), nebo se jedná o tiskovou chybu s požaduje 1ks infuzního stojanu ke každému ze 4ks lůžek (tj. celkem 4ks)?

Ano, jedná se o tiskovou chybu. Zadavatel požaduje celkem 4 ks infuzních stojanů, tedy ke každému lůžku pouze jeden infuzní stojan.

Přílohy dodatečné informace:

- p01a - Lůžka - Technická specifikace _DI01
- p04 - Lůžka - Tab plnění požadavků _DI01

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 29. 10. 2020 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové 22. 9. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření