

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: „Transportní vozíky (stretchery) pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO **708 89 546**

DIČ **CZ70889546**

Zástupce **PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje**

Ve věcech technických

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 495 817 479, e-mail: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona.

Dotaz:

“Na základě vydané Dodatečné informace č. 1, posílám níže ještě doplňující dotaz: Nabízíme pákovou (rámovou) konstrukci stretcheru, která vytváří volný prostor pod ložnou plochou a umožňuje tak použití mobilního RTG nebo C ramene. Naopak díky této konstrukci je umožněn přístup RTG nebo C ramene po celé délce i šířce ložné plochy. Je to v tomto případě přípustné pro zadavatele?”

Odpověď:

Zadavatel trvá na sloupové konstrukci. Sloupová konstrukce jako jediná zachovává stejný prostor pod lůžkem při jakémkoliv nastavení výšky.

V Hradci Králové dne 24. 9. 2020

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření