

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

Zakázka: **Vyšetřovací lehátka pro Oblastní nemocnici Náchod**

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnycc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	260 00 202
DIČ	CZ699004900
Jednající	RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

v technické specifikaci veřejné zakázky "Vyšetřovací lehátka pro Oblastní nemocnici Náchod" uvádí zadavatel následující:

-Položka č.1:

Nosnost alepoň 200 kg

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lekátka s nosností 170 kg

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na nosnosti min. 200 kg.

Dotaz č. 2:

-Položka 3:

V názvu položky je uvedeno lehátka hydraulické, v technických požadavcích pak zadavatel uvádí elektropohonem stavitelnou výšku.

Může zadavatel upřesnit jakou formu nastavení výšky lehátka požaduje?"

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje nastavení výšky pomocí elektropohonu.

Slovo „hydraulické“ bylo z názvu položky, ve všech předmětných přílohách, smazáno. Opravené přílohy jsou součástí této dodatečné informace.

Přílohy dodatečné informace:

p01a – Vyšetřovací lehátka - Technická specifikace – rev01

p01b – Vyšetřovací lehátka – Počty a umístění – rev01

p04 - Vyšetřovací lehátka - Tab plnění požadavků - rev01

p05 - Vyšetřovací lehátka – Soupis dodávek a servisu - rev01

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 19. 10. 2020 v 11:00 hodin.**

V Hradci Králové 25. 9. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření